



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 03/08/2016r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax. sekretariat (032) 277-60-00
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 48 poz. 2 szczoteczki odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministra Zdrowia i polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający ma na myśli w pakiecie 48 poz. 2 szczoteczki odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministra Zdrowia i polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 28, poz. 10
Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 10.

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 10. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 3

Pytanie 1 do Pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1, 6 do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 27 pozycji 1, 6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 4

Pytanie 2 do Pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1.5 czapeczki, wraz z opaskami o nizej podanych parametrach:

Czapeczki:

- ✓ obwód głowy 17-22 cm
- ✓ obwód głowy 22-25 cm
- ✓ obwód głowy 25-29 cm
- ✓ obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

- ✓ obwód głowy 26-36 cm
- ✓ obwód głowy 35-40 cm
- ✓ obwód głowy 40-45 cm

Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu korzystać z większego wachlarza rozmiarów poczynając od obwodów głowy 17-22 cm. do 40-45 cm.

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuści również w pozycji 1.5 czapeczki, wraz z opaskami o niżej podanych parametrach:

Czapeczki:

- ✓ obwód głowy 17-22 cm
- ✓ obwód głowy 22-25 cm
- ✓ obwód głowy 25-29 cm
- ✓ obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

- ✓ obwód głowy 26-36 cm
- ✓ obwód głowy 35-40 cm
- ✓ obwód głowy 40-45 cm

Pytanie nr 5

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy, dot. Pakietu nr 38:

Czy Zamawiający zmieni zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 4 ust 4.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

- a. Ust. 1 – usunięcie zwrotu nienależytego lub podanie katalogu naruszeń
- b. Ust. 2 – usunięcie zapisu w związku ze zdublowaniem kar umownych z ust. 1
- c. Ust. 3 - zmiana z 1% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie
- d. Dodanie ust. 5 – łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość

kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),

jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona

Odpowiedź nr 7

Przyczyny obiektywne nie są podane, ale § 6 mówi o tym, że Zamawiający może naliczyć kary umowne, zatem przy ocenie przyczyny opóźnienia lub wielokrotnego nienależytego wykonania umowy niezbędne będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w/w sytuacji nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. Naliczenie kary umownej będzie miało zastosowanie w każdym przypadku, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. zgodnie z treścią SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ. Wysokość kar jest adekwatna w stosunku do zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe oznakowane były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych a nie bezpośrednio na zgrzewie rękawa?

Odpowiedź nr 8

Tak Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo-foliowe w pakiecie nr 20 oznakowane były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych a nie bezpośrednio na zgrzewie rękawa.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m², co zdecydowanie wpływa na wyższą wytrzymałość mechaniczną ?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji w pakiecie nr 20 posiadały gramaturę papieru 70 g/m², co zdecydowanie wpływa na wyższą wytrzymałość mechaniczną.

Pytanie nr 10

Czy w trosce o jakość wymaganych materiałów sterylizacyjnych, Zamawiający oczekuje rękawów o wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN i przenikaniu powietrza 12 µm/Pa*s?

Odpowiedź nr 10

W trosce o jakość wymaganych materiałów sterylizacyjnych, Zamawiający oczekuje rękawów w pakiecie nr 20 o minimalnych parametrach papieru: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD-3,8 kN/m, MD-7,2 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 kN/m, MD-2,4 kN/m,; wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN.

Pytanie nr 11

Pytanie 1 do pakietu 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie elektrody nożowej do koagulacji prosta, wielorazowa, o długości całkowitej 154mm?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuści również zaferowanie elektrody nożowej do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, o długości całkowitej 154mm w pakiecie 25 poz. 2

Pytanie nr 12**Pytanie 2 do pakietu 50 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektroda monopolarnej, wielorazowej o długości całkowitej 154mm?

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektrody monopolarnej, wielorazowej o długość 154mm w pakiecie 50 poz. 5

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 wymaga klipsownicy laparoskopowej czy do chirurgii otwartej ?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający w pakiecie nr 23 wymaga klipsownicy laparoskopowej prostej.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 wymaga dostarczenia jednej klipsownicy czy większej ilości oraz jaki rozmiar i kształt?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający w pakiecie nr 23 wymaga dostarczenia jednej klipsownicy do klipsów tytanowych w rozm. M/L do klipsownicy stałej typu REDA lub równoważnej.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dla sprawdzenia jakości oferowanego produktu wymaga dostarczenia próbek wraz z klipsownicą do testów ?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 23 dla sprawdzenia jakości oferowanego produktu nie wymaga dostarczenia próbek wraz z klipsownicą do testów .

Pytanie nr 16

Dotyczy Pak. 40 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Freka PEG-Set Gastral CH/FR 20 - zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej 6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem RTG, końcówką EN-lock?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 17**Pakiet 17**

Poz. 4 ; Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 8: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 9: Czy opisany przez Zamawiającego test skuteczności mycia powinien zapewniać kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków?

Poz. 13: Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a 1' sztuka ?

Odpowiedź nr 17

Poz. 4; Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowany po 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając do pełnych opakowań w pakiecie nr 17

Poz. 5: Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17.

Poz. 6: Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17.

Poz. 7: Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17.

Poz. 8: Tak, Zamawiający dopuści również testy pakowane a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań w pakiecie nr 17.

Poz. 9: Nie, Zamawiający nie wymaga aby test skuteczności mycia w pakiecie nr 17 zapewniał kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunkach.

Poz. 13: Tak Zamawiający dopuści również testy zgodne z SIWZ, pakowane a 1' sztuka.

Pytanie nr 18

Pakiet 8 poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź nr 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1 i 2 z pakietu nr 8 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 19

Pakiet 22 poz. 2, 6, 7, 8, 12

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 6, 7, 8, 12 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 2, 6, 7, 8, 12 z pakietu nr 22 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 20

Pakiet 30 poz. 1, 3, ,6, 7, 8

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 3, ,6, 7, 8 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź nr 20

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1, 3, 6, 7, 8 z pakietu nr 30 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 21

Pakiet 30 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg.

Odpowiedź nr 21

Pakiet 30 poz. 7

Tak, Zamawiający dopuszcza również czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg.

Pytanie nr 22

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 2 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze od CH14 do CH16. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 23

Pakiet 1, poz. 2

Tak, Zamawiający dopuści również cewnik w rozmiarze od CH14 do CH16. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 1, poz. 17-26

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 24

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 17-26 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 25**Pakiet 1, poz. 17, 20-26**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 25

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 20-26 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 26**Pakiet 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazowego użytku do nakłuc łądzwiowych 1,1 x 88 mm, sterylna.

Odpowiedź nr 26.

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 27**Pakiet 1, poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź nr 27

Tak Zamawiający dopuści również strzykawki pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w pakiecie nr 1 poz. 37

Pytanie nr 28**Pakiet 1, poz. 36-42**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 28

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 36-42 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 29**Pakiet 1, poz. 44**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 29

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 44 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 30**Pakiet 1, poz. 48**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 48 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 31**Pakiet 3, poz. 5-6**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 31

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 5-6 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 32**Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 32

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 7 z pakietu nr 3 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 33**Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający będzie podawał lipidy?

Odpowiedź nr 33

Nie, Zamawiający nie będzie podawał lipidy.

Pytanie nr 34**Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z samozamykającym się korkiem typu click. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 35**Pakiet 10, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonana z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym, bez zawartości lateksu informacja na opakowaniu. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 36**Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z PUR. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 37**Pakiet 10, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wew drenu 1,2 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 37

Tak, Zamawiający dopuści również przedłużacz o średnicy wew drenu 1,2 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38**Pakiet 10, poz. 8-9**

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 38**Pakiet 10, poz. 8-9**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym.

Pytanie nr 39**Pakiet 10, poz. 8-9**

Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach?

Pytanie nr 40**Pakiet 10, poz. 8-9**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 41**Pakiet 10, poz. 8-9**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala.

Pytanie nr 43**Pakiet 10, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dopuści ale nie wymaga przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 44**Pakiet 10, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z komorą kroplową min. 45 mm.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrząd z komorą kroplową min. 45 mm.

Pytanie nr 45**Pakiet 10, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z komorą kroplową min. 55 mm.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrząd z komorą kroplową min. 55 mm.

Pytanie nr 46**Pakiet 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych o grubości ścianek na palcu 0,16 mm ($\pm 0,02$ mm), dłoni 0,14mm ($\pm 0,02$ mm), mankiecie 0,12mm ($\pm 0,02$ mm); spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 46

Nie, Zamawiający wyraża zgody na zaferowanie w pakiecie nr 14 poz. 1 rękawic chirurgicznych o grubości ścianek na palcu 0,16 mm ($\pm 0,02$ mm), dłoni 0,14mm ($\pm 0,02$ mm), mankiecie 0,12mm ($\pm 0,02$ mm), Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów SIWZ?

Odpowiedź nr 47

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ **UWAGA!**

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tabelkach formularza ofertowego.

Pytanie nr 48

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź nr 48

Tak, Zamawiający dopuści również fartuch foliowany na całej powierzchni w poz. 1 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 49

Pakiet 16 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści zestaw ochronny o składzie:

- Ochraniacze na buty włókninowe,
- Fartuch medyczny z mankietami, włókninowy, foliowany,
- Czepek j.u. męski na troki z wstawką przeciwpotną
- Maską medyczną trzywarstwowa z gumkami, z osłoną na oczy.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 50

Pakiet 16 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe w rozmiarze 210x160cm, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradło włókninowe w rozmiarze 210x160cm, spełniające pozostałe wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 51

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarze 40x30cm (15x30 i 25x30), spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź nr 51

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń dwukomorową o wymiarze 40x30cm (15x30 i 25x30), spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 16 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 60x50 cm , spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

Odpowiedź nr 52

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń dwukomorową o wymiarach 60x50 cm , spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet 16 poz. 3, 4, 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji do osobnego zadania?

Odpowiedź nr 53

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3,4, 17 z pakietu nr 16 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 54**Pakiet 52 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m ² , wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L
3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m ² , wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź nr 54

Tak, Zamawiający dopuści również zestaw do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką

20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L

3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Pytanie nr 55

Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 55

Pakiet 1 poz.2

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 56

Pakiet 1 poz.4, 6-8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne?

Odpowiedź nr 56

Pakiet 1 poz.4, 6-8

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 57

Pakiet 1 poz.4

Tak, Zamawiający dopuści również cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści dreny Kera o dł. 45cm?

Odpowiedź nr 58

Pakiet 1 poz.12

Tak, Zamawiający dopuści również dreny Kera o dł. 45cm.

Pytanie nr 59

Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x60mm z regulacją 22-47mm?

Odpowiedź 59**Pakiet 1 poz.16**

Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm

Pytanie nr 60**Pakiet 1 poz.16**

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x73mm z regulacją 35-60mm?

Odpowiedź 60**Pakiet 1 poz.16**

Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm

Pytanie nr 61**Pakiet 1 poz.35**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 61**Pakiet 1 poz.35**

Tak, Zamawiający dopuści również sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 62**Pakiet 1 poz.37**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 62**Pakiet 1 poz.37**

Tak, Zamawiający dopuści również strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 63**Pakiet 1 poz.38**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 63**Pakiet 1 poz.38**

Tak, Zamawiający dopuści również strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Pytanie nr 64**Pakiet 1 poz.69**

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10, 12 o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 64**Pakiet 1 poz.69**

Tak, Zamawiający dopuści również sondy żołądkowe w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10, 12 o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 65**Pakiet 21 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 65**Pakiet 21 poz.6**

Tak, Zamawiający dopuści również kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 66**Pakiet 21 poz.8**

Czy Zamawiający dopuści opaski w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 66

Pakiet 21 poz.8

Tak, Zamawiający dopuści również opaski identyfikacyjne w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 67

Pakiet 21 poz.17

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3.5l?

Odpowiedź 67

Pakiet 21 poz.17

Tak, Czy Zamawiający dopuści również pojemnik 3,5l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 68

Pakiet 21 poz.20

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,5l?

Odpowiedź 68

Pakiet 21 poz.20

Tak, Zamawiający dopuści również pojemniki o pojemności 2,5l.

Pytanie nr 69

Pakiet 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medikor 16 kanałowy. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 69

Pakiet 42 poz. 1

Tak, Zamawiający dopuści również papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medikor 16 kanałowy. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 70

Pakiet 42 poz. 3, 4, 12

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odpowiedź 70

Pakiet 42 poz. 3, 4, 12

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 71

Pakiet 42 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły w rozmiarze 57x30m?

Odpowiedź 71

Pakiet 42 poz. 8

Zamawiający dopuści papier termoczuły w rozmiarze 57x30m

Pytanie nr 72

Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ - Projekt umowy:

1. Dot. § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, **przez co Strony rozumieją brak realizacji Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego wezwania do realizacji umowy, wysłanego w odstępie co 3 dni**”

oraz o wykreślenie zdania pierwszego:

~~„Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu _____ w tym celu.”~~

Odpowiedź 72

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 73

2. Dot. § 6 KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

3. W razie ~~opóźnienia~~ **zwłoki** w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości ~~0,1% 1%~~ **1%** wartości okresowego zamówienia, ~~jednak nie mniej niż 10,00 zł~~ za każdy dzień ~~opóźnienia~~ **zwłoki** w dostawie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym **do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.**” oraz o dodanie następujących ustępów:

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

- w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającej 30 dni ponad termin płatności określony w § 5 ust. 1 umowy,

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 3% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź 73

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6.

Pytanie nr 74

3. Dot. § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,

b) Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

c) Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych,

d) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian

e) zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

- przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

- ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

- ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,

f) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

g) zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

h) zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

Odpowiedź 74

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 7 ust 1.

Pytanie nr 75

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,11-0,18 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź 75

Pakiet 14 poz. 1

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,10-0,18 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2

Pytanie nr 76

Pakiet 14 poz. 1,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź 76

Pakiet 14 poz. 1,5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 77

Pakiet 22 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

Odpowiedź 77

Pakiet 22 poz. 3

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody przedsercowe w jednym kolorze.

Pytanie nr 78

Pakiet 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 4 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 120 opakowań.

Odpowiedź 78

Pakiet 22 poz. 4

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody pakowane po 4 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 79

Pakiet 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod o rozmiarze 45x80mm, przy pozostałych parametrach bez zmian

Odpowiedź 79

Pakiet 22 poz. 4

Tak, Zamawiający dopuści również elektrod o rozmiarze 45x80mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 80

Pakiet 22 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)

Odpowiedź 80**Pakiet 22 poz. 6**

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody okrągłe „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm).

Pytanie nr 81**Pakiet 22 poz. 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard oraz zakończenie po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrask?

Odpowiedź 81**Pakiet 22 poz. 7**

Mr Silver, Mr Blue, Mr Red.

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta ma być na wtyk bananowy 4 mm.

Pytanie nr 82**Pakiet 22 poz. 8**

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrask, wtyk)?

Odpowiedź 82**Pakiet 22 poz. 8**

Zakończenie kabla po stronie pacjenta ma być klamra.

Pytanie nr 83**Pakiet 22 poz. 8 i 12**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie pozycji 8 i 12- czy te pozycje tworzą komplet(pozycja nr 8 przewody pacjenta a pozycja nr 12- kabel główny)

Odpowiedź 83**Pakiet 22 poz. 8 i 12**

Tak, Zamawiający wymaga aby w/w pozycje tworzyły komplet.

Pytanie nr 84**Pakiet 22 poz. 13.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości na 33 opakowania.

Odpowiedź 84**Pakiet 22 poz. 13.**

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody pakowane po 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości na 33 op.

Pytanie nr 85**Pakiet 42 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 21 opakowań.

Odpowiedź 85**Pakiet 42 poz. 1**

Tak, Zamawiający dopuści również papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 21 opakowań.

Pytanie nr 86**Pakiet 42 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu ze względu na zaprzestanie produkcji papieru przez producenta Mitsubishi.

Odpowiedź 86**Pakiet 42 poz. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 87**Pakiet 42 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru Mitsubishi K61B o rozmiarze 110mm x 20m, z racji tej, iż producent ww. papieru skrócił jego długość z 21m. na 20m.

Odpowiedź 87**Pakiet 42 poz. 4**

Tak, Zamawiający dopuszcza również papier Mitsubishi K61B o rozmiarze 110mm x 20m.

Pytanie nr 88**Pakiet 42 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie wymaganego papieru- czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?

Odpowiedź 88**Pakiet 42 poz. 4**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 89**Projekt umowy- §6 pkt. 1,2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy zamiast zwrotu „maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 3% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź 89

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 1 i 2.

Pytanie nr 90**Projekt umowy- §7 pkt. 1a**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź 90

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 7 ust 1a.

Pytanie nr 91**Projekt umowy- §7 pkt. 1d**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odpowiedź 91

Postanowienia umowy (załącznik nr 6 SIWZ –wzór umowy) są zawarte w § 7 ust. 1 lit. d są jasne i nie wymagają wyjaśnień.

Pytanie nr 92

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o szerokości 19mm?

Odpowiedź 92

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 17 poz. 2 taśmę ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o szerokości 19mm

Pytanie nr 93

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź 93

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 17 poz. 8 testy w opakowaniu po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 94

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź 94

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 17 poz. 9 testy w opakowaniu po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 95

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 19: Prosimy o sprecyzowanie ile przyrządów Zamawiający wymaga do określonej w formularzu cenowym ilości testów?

Odpowiedź 95

Pakiecie nr 17, pozycja nr 19 Zamawiający wymaga 2 przyrządy.

Pytanie nr 96

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 10: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź 96

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 z pakietu nr 17 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 97

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 12: Prosimy o sprecyzowanie ile przyrządów Zamawiający wymaga do określonej w formularzu cenowym ilości testów?

Odpowiedź 97

Pakiecie nr 17, pozycja nr 12 Zamawiający wymaga 2 przyrządy.

Pytanie nr 98

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 13: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź 98

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 17 poz. 13 testy w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 99

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 14-17: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji od testów do sterylizacji.. Wyżej wymienione produkty stanowią asortyment uzupełniający. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo ofert i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź 99

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 14-17 z pakietu nr 17 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 100

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.1 i 2: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych do 3% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy?

Odpowiedź 100

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 101

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.3: Uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu „jednak nie mniej niż 10zł”. W przypadku niewielkich zamówień kara w takiej wysokości mogłaby się okazać rażąco wysoka.

Odpowiedź 101

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 102

Pakiet nr 14, poz. 3, 4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

Odpowiedź 102

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3, 4 z pakietu nr 14 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 14, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych. Rękawiczki posiadają rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Teksturowane na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, długość min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374.

Odpowiedź 103

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 104**Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, wyposażony we wkład hydrofobowy filtrujący wyłącznie w sposób mechaniczny o skuteczności filtracji 99,999999%, sterylny, skuteczny 24 godziny z przestrzenią martwą 54ml?

Odpowiedź 104

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza filtr oddechowy, wyposażony we wkład hydrofobowy filtrujący wyłącznie w sposób mechaniczny o skuteczności filtracji 99,999999%, sterylny, skuteczny 24 godziny z przestrzenią martwą 54ml

Pytanie nr 105**Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dotchawicze zbrojone z mankiem niskociśnieniowym wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnych półpięści na korpusie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 105

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 106**Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dotchawicze z mankiem niskociśnieniowym wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnych półpięści na korpusie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 106

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 107

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-15, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych i umożliwi udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na korzystnych warunkach cenowych?

Odpowiedź 107

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 108

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe do respiratorów wykonane z neoprenu?

Odpowiedź 108

Zamawiający nie wymaga ale dopuści worki oddechowe do respiratorów wykonane z neoprenu.

Pytanie nr 109

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2, 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych i umożliwi udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na korzystnych warunkach cenowych?

Odpowiedź 109

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2, 4, 5 z pakietu nr 30 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 110

Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur gładkich wewnątrz: 2 rury o dł. 180 cm, miękkie końcówki 22F, rozgałęziacz Y odłączalny, sterylny?

Odpowiedź 110

Zamawiający nie wymaga ale dopuści układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur gładkich wewnątrz: 2 rury o dł. 180 cm, miękkie końcówki 22F, rozgałęziacz Y odłączalny, sterylny.

Pytanie nr 111

Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z zastawką zasuwaną, nie obrotową?

Odpowiedź 111

Zamawiający nie wymaga ale dopuści zamknięty system do odsysania z zastawką zasuwaną, nie obrotową.

Pytanie nr 112

Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bez dedykowanego portu do bronchofiberoskopii?

Odpowiedź 112

Zamawiający nie wymaga ale dopuści zamknięty system bez dedykowanego portu do bronchofiberoskopii.

Pytanie nr 113

Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych i umożliwi udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na korzystnych warunkach cenowych?

Odpowiedź 113

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 114

Pakiet nr 21, Pozycja 7: Czy zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?

Odpowiedź 114**Pakiet nr 21, Pozycja 7**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II.

Pytanie nr 115

Pakiet nr 21, Pozycja 7: Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?

Odpowiedź 115**Pakiet nr 21, Pozycja 7**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia.

Pytanie nr 116

Pakiet nr 21, Pozycja 25: Czy Zamawiający oczekuje pełnego zestawu zawierającego resuscytator dla dorosłych z maską i drenem?

Odpowiedź 116**Pakiet nr 21, Pozycja 25:**

Tak, Zamawiający oczekuje pełnego zestawu zawierającego resuscytator dla dorosłych z maską i drenem.

Pytanie nr 117**Pakiet 10, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową, posiadającej dwa szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg, powierzchniowo odpowiadające 4-5 tradycyjnym paskom RTG, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 117

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kaniuli z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową, posiadającej dwa szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg, powierzchniowo odpowiadające 4-5 tradycyjnym paskom RTG, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 118**Pakiet 16 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła spełniającego wymagania SIWZ o gramaturze minimum 35g/m²?

Odpowiedź 118

Zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający wymaga prześcieradła o gramaturze minimum 35g/m².

Pytanie nr 119**Pakiet 16 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła spełniającego wymagania SIWZ o gramaturze minimum 35g/m²?

Odpowiedź 119**Pakiet 16 poz. 9**

Zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający wymaga prześcieradła o gramaturze minimum 35g/m².

Pytanie nr 120**Pakiet 42, poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny z oryginałem?

Odpowiedź 120**Pakiet 42, poz. 4.**

Zamawiający dopuszcza również papier kompatybilny z oryginałem.

Pytanie nr 121**Pakiet 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu - 0,21mm; dłoni - 0,16mm; mankiecie - 0,14mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź 121

Pakiet 14, poz. 1

Tak, Zamawiający dopuści również rękawice o grubości na palcu - 0,21mm; dłoni - 0,16mm; mankietcie - 0,14mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 122

Pakiet 14, poz. 3

- 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców.
- 2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej.

Odpowiedź 122

Pakiet 14, poz. 3

- 1/Tak, Zamawiający dopuści również rękawice mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców
- 2/ Tak, Zamawiający dopuści również rękawice polimeryzowanych od strony wewnętrznej.

Pytanie nr 123

Pakiet 14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź 123

Pakiet 14, poz. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 124

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź 124

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem) dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tabelkach formularza ofertowego.

Pytanie nr 125

Pytania do umowy postępowania 09/PN/16 (załącznik nr 6)

§ 3 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – „Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia” – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia umownego zawartego w § 3 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu – „Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy **uprzednio wzywając pisemnie** Wykonawcę do należytego wywiązania się z umowy i **wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin w tym celu**. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia” ?

Odpowiedź 125

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 126

§ 3 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. ”- Jakie okoliczności według Zamawiającego będą stanowiły zagrożenie dla interesu publicznego, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł rozwiązać z Wykonawcą umowę w trybie art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych ?

Odpowiedź 126

Pojęcie „interesu publicznego” stanowi klauzulę generalną i nie jest możliwe określenie zamkniętego katalogu przypadków, jakie uprawniać będą zamawiającego do odstąpienia od umowy w tym trybie. Analizując każdą jednostkową sytuację zamawiający posiłkował się będzie bogatym dorobkiem orzecznictwa i doktryny prawa w tym zakresie.

Pytanie nr 127

§ 4 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu produkty będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Apteki Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w Zabrze w terminie do..... od 1-5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem.” – Od czego Zamawiający uzależnia termin na dostarczenie złożonego zamówienia ?

Odpowiedź 127

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ termin dostawy przedmiotu umowy stanowi kryterium oceny, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferta o najkrótszym terminie realizacji/czas dostawy przedmiotu umowy otrzyma 10 punktów.

Oferty o dłuższym terminie realizacji/czas dostawy przedmiotu umowy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

$$Y = \frac{\text{termin najkrótszy}}{\text{termin badanej oferty}} \times 10 \text{ punktów}$$

Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 5dni.

Pytanie nr 128

§ 4 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – „Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faksem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Zarząd).” – Jak członkowie zarządu Zamawiającego są umocowni do prowadzenia spraw spółki, czy mają zastosowanie przepisy ogólne Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też umowa spółki stanowi inaczej ?

Odpowiedź 128

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest upoważniony każdy Członek Zarządu samodzielnie – wynika to z Umowy Spółki, jak i KRS, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 129

§ 4 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ - „Wyroby wadliwe, będą wymieniane przez Wykonawcę, w terminie do 5 dni od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.” - Jak Zamawiający rozumie termin określony w § 4 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, określający termin ponownej dostawy towaru bez wady, czy należy to rozumieć jako 5 dni roboczych ?

Odpowiedź 129

Termin określony w § 4 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający rozumie jako 5 dni kalendarzowych ponownej dostawy towaru bez wady.

Pytanie nr 130

§ 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza dopisanie postanowienia umownego § 5 w brzmieniu – „Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć odsetki ustawowe w przypadku braku zapłaty w terminie świadczenia pieniężnego przewidzianego § 2 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 1 ” ?

Odpowiedź 130

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu w § 5.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w § 5 ust 5

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Pytanie nr 131

§ 6 ust. 1, 2 i 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar umownych zawartych w § 6 ust. 1, 2 i 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, ze względu na fakt, iż **wysokość kar umownych nie może być rażąco wysoka** w stosunku do wynagrodzenia jakie Wykonawca ma otrzymać za wykonaną dostawę oraz w stosunku do mogącej wystąpić szkody po stronie Zamawiającego, co potwierdza wyrok SN z dnia 21 września 2007 r. o sygn. V CSK 139/07. Należy pamiętać, również, że kara umowna to **surogat odszkodawnia, który nie może prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego**, potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r. o sygn. V ACa 267/10 ?

Odpowiedź 131

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust. 1, 2 i 3.

Pytanie nr 132

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 49:

Pozycja nr 1

Układu oddechowego rozciągliwego z polipropylenu 42- 200 cm, dodatkowa gałąź do 150 cm worek 2 l, trójkąt y kątowy z portem luer lock zamykany koreczkiem na lince, mikrobiologicznie czysty ?

Odpowiedź 132

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 133

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 49:

Pozycja nr 2

Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur gładkich wewnątrz: 2 rury o dł. 160 cm, miękkie końcówki 22F, rozgałęziacz Y odłączalny, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź 133

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 134

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 49:

Pozycja nr 3

Zamknięty system do odsysania 72h,

Do rurek intubacyjnych długość 54 cm rozmiar 14,16 Fr

Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania zatraskowy, mocny transparentny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturką zintegrowaną z portem zapobiegający utracie kapturki, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączania systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki w języku polskim oraz martwa przestrzeń?

Odpowiedź 134

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 135

Pozycja nr 4

Zamknięty system do odsysania 72h,

Do rurek trachostomijnych długość 30,5 cm rozmiar 14,16 Fr

Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania zatraskowy, mocny transparentny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturką zintegrowaną z portem zapobiegający utracie kapturki, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączania systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki w języku polskim oraz martwa przestrzeń?

Odpowiedź 135

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 136

Dotyczy zapisów wzoru umowy, załącznik nr 6 do SIWZ:

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §6 ust. 2 gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu

poprawnego zrealizowania świadczenia. Ponadto, kara określona w tym punkcie jest rażąco wysoka.

Odpowiedź 136

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 2.

Pytanie nr 137

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §6 ust. 1 wzoru umowy na 1% niezrealizowanej wartości nominalnej zobowiązania brutto. Naliczanie kar od wartości umowy już należycie zrealizowanej jest nadużyciem.

Odpowiedź 137

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 1.

Pytanie nr 138

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §6 ust. 3 wzoru umowy na 0,5% wartości okresowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź 138

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 3.

Pytanie nr 139

Prosimy o zmianę § 7 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź 139

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 7 ust 3.

Pytanie nr 140

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 2 na „wielokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.

Odpowiedź 140

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

Pytanie nr 141

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, cena brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Odpowiedź 141

Podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

Pytanie nr 142

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę §7 ust. 2 poprzez zmianę wartości realizacji w minimalnym zakresie rzeczowym na 80% ogólnej wartości umowy.

Odpowiedź 142

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 7 ust 2.

Pytanie nr 143

Pakiet 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonana z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.

Odpowiedź 143

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 144

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 6 poz.7 (zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy, plastikowy) w odrębny pakiet np. 6A.

Pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej ceny niż przez pośredników.

Odpowiedź 144

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7z pakietu nr 6 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz.4. wymaga wkładów workowych 1 litrowych z pokrywą w kształcie owalnym pasujących do owalnych pojemników wielorazowych?

Odpowiedź 145

Zamawiający w pakiecie nr 12 poz.4 wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 146

Pakiet 17 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga aby test biologiczny ostateczny odczyt miał już po 10 godzinach w tradycyjnym inkubatorze posiadanym przez szpital?

Odpowiedź 146

Pakiet 17 pozycja 3

Tak, Zamawiający dopuszcza również aby test biologiczny ostateczny odczyt miał już po 10 godzinach w tradycyjnym inkubatorze posiadanym przez szpital.

Pytanie nr 147

Pakiet 17 pozycja 7. Czy Zamawiający wymaga aby pakiet spakowany był w papier krepowy lub kartonik co zdecydowanie poprawia jego krytyczność i przekłada się na bezpieczeństwo? Oraz czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie na karcie były w języku polskim?

Odpowiedź 147

Pakiet 17 pozycja 7

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby pakiet spakowany był w papier krepowy lub kartonik co zdecydowanie poprawia jego krytyczność i przekłada się na bezpieczeństwo.

Tak, Zamawiający wymaga aby oznaczenie na karcie były w języku polskim.

Pytanie nr 148

Pakiet 17 pozycja 10. Czy Zamawiający wymaga aby test był w formie samoprzylepnej co jednoznacznie ułatwia jego bezpieczna archiwizację.

Odpowiedź 148

Zamawiający wymaga ale dopuszcza aby test był w formie samoprzylepnej co jednoznacznie ułatwia jego bezpieczna archiwizację.

Pytanie nr 149

Pakiet 17 pozycja 15-16. Czy Zamawiający wyłączy te pozycje z pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 149

Pakiet 17 pozycja 15-16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 150

Pakiet 20 pozycja 1-16. Czy Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną?

Odpowiedź 150

Pakiet 20 pozycja 1-16

Tak, Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną.

Pytanie nr 151

Pakiet 20 pozycja 1-16. Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku.

Odpowiedź 151

Pakiet 20 pozycja 1-16

Tak, Zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku.

Pytanie nr 152

Pakiet 20 pozycje 1-16. Czy Zamawiający wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym rolki co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010r.

Odpowiedź 152

Pakiet 20 pozycje 1-16

Nie Zamawiający nie wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym rolki co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010r.

Pytanie nr 153**Pak 10 poz. 1**

Czy zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości dostarczanego asortymentu będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą badań klinicznych na potwierdzenie biokompatybilności materiału z jakiego zostały wykonane cewniki kaniul?

Odpowiedź 153**Pak 10 poz. 1**

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem) dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tabelkach formularza ofertowego.

Pytanie nr 154**Pak 10 poz. 1**

Czy zamawiający poprzez zapis „z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem” ma na myśli plastikowy element zabezpieczający?

Odpowiedź 154**Pak 10 poz. 1**

Tak, zamawiający poprzez zapis „z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem” ma na myśli plastikowy element zabezpieczający.

Pytanie nr 155**Pak 10 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga aby „zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem” było wyposażone w system kapilar chroniących personel przed przypadkową ekspozycją na krew po dokonaniu wkłucia i zabezpieczeniu ostrza przed zakłuciem?

Odpowiedź 155**Pak 10 poz. 1**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 156**Pak 10 poz. 1**

Czy zamawiający poprzez zapis „twarde opakowanie” ma na myśli opakowanie z warstwą zrywalną Tyvec chroniącą kaniulę przed utratą jałowości?

Odpowiedź 156**Pak 10 poz. 1**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 157

Pakiet 10 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta

Odpowiedź 157

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

Pytanie nr 158

Pak 10 poz. 2

Czy zamawiający opisując „kaniula bez portu bocznego” miał na myśli kaniulę z zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli eliminującym po zdjęciu jakiegokolwiek elementu wystające powyżej złącza luer oprócz skrzydełek stabilizujących?

Odpowiedź 158

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 2 miał na myśli kaniulę z zdejmowalnym elementem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli eliminującym po zdjęciu jakiegokolwiek elementu wystające powyżej złącza luer oprócz skrzydełek stabilizujących.

Pytanie nr 159

Pak. 10 poz. 4

Czy zamawiający oczekuje kranika trójdrożnego wykonanego z materiałów pozwalających na przetaczanie lipidów i chemioterapeutyków.

Odpowiedź 159

Pak. 10 poz. 4

Tak, zamawiający dopuszcza również kraniki trójdrożne wykonanego z materiałów pozwalających na przetaczanie lipidów i chemioterapeutyków

Pytanie nr 160

Pak. 10 poz. 4

Czy zamawiający oczekuje karników trójdrożnych posiadających minimalną objętość wypełnienia 0,22ml.

Odpowiedź 160

Pak. 10 poz. 4

Tak, zamawiający dopuszcza również kraniki trójdrożne posiadające minimalną objętość wypełnienia 0,22ml

Pytanie nr 161

Pak 10 poz. 9

Czy zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź 161

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz

MZA Exec.

Prezes Zarządu

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.

.....
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.