



**SZPITAL MIEJSKI  
W ZABRZU**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/16  
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH ORAZ CEMENTU  
KOSTNEGO**

Załączniki do SIWZ

- a. Załącznik nr 1: formularz ofertowy
- b. Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- c. Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- d. Załączniki nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych
- e. Załącznik nr 5: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- f. Załącznik nr 6: wykaz dostaw
- g. Załączniki nr 7 : wzór umowy

## POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.*
2. *Ileokroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)*
3. *W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfalszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.*

## I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 648-270-05-83

Regon: 241127857

KRS: 0000328484

telefon/ fax: 032 277-61-00 wew. 458

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczone są na stronie [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl), Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przysyłać na adres: [bgoncerz@szpitalzabrze.pl](mailto:bgoncerz@szpitalzabrze.pl). W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przysyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są **dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających i/lub cementu kostnego** (CPV-33183100-7, 33141770-8, 336971100-6, 33141626-4) Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

## IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na **16 (szesnaście) pakietów:**

**Pakiet nr 1** – endoprotezy stawu biodrowego

**Pakiet nr 2** – endoprotezy stawu kolanowego pierwotne

**Pakiet nr 3** – endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym

**Pakiet nr 4** – endoprotezy stawu kolanowego pierwotne pierwotne i rewizyjne

**Pakiet nr 5** – endoprotezy cementowe stawu kolanowego

**Pakiet nr 6** – endoprotezy anatomiczne stawu biodrowego

**Pakiet nr 7** – gwóźdź odpiętowy

**Pakiet nr 8** – implanty zespalające

**Pakiet nr 9** – endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

**Pakiet nr 10** – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty kirschnera, gwoździe śródszpikowe

**Pakiet nr 11** – zestawy do mieszania i podawania cementu kostnego

**Pakiet nr 12** – cement kostny

**Pakiet nr 13** – system do szycia łąkotec i implanty do rekonstrukcji ACL

**Pakiet nr 14** – implanty zespalające

**Pakiet nr 15** – implanty zespalające – zestaw jednorazowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych

**Pakiet nr 16** – systemy blokowanych gwoździ do zespożeń części bliższej kości ramiennej

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować od daty zawarcia umowy, sukcesywnie

do 02 grudnia 2016r.

## VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące **Załącznik nr 3** do SIWZ
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej **2 (dwa) zadania** o podobnym charakterze tj. **dostawy endoprotez i / lub implantów zespalających i / lub cementu kostnego**
  - 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące **Załącznik nr 3** do SIWZ
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące **Załącznik nr 3** do SIWZ

**Warunki będą oceniane według formuły spełnia / nie spełnia**

## VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
  - a) Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące **Załącznik nr 3** do SIWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  - b) Wykaz – stanowiący **Załącznik nr 6** – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej **2 (dwóch) dostaw** o podobnym charakterze tj. **dostawy endoprotez stawu kolanowego i / lub implantów zespalających i / lub cementu kostnego** z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:
  - a) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia stanowiące **załącznik nr 2** do SIWZ,
  - b) Aktualny **odpis z właściwego rejestru**, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b SIWZ.

- d) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków.
- e) **Oświadczenie Wykonawcy/ów** o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące **Załącznik nr 5** do SIWZ

### **VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące **załącznik nr 4** stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu ofertowym produkty (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

**UWAGA!!!** Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

### **IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI,**

1. Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.
2. Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Barbara Goncerz 32 277 61 00 wew. 458, [bgoncerz@szpitalzabrze.pl](mailto:bgoncerz@szpitalzabrze.pl).

### **X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert tj. **03 września 2016r.**

### **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. Kompletna oferta składa się z:
  - a) **Formularza ofertowego**, stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- b) **Oświadczenia Wykonawcy** dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego **załącznik nr 2** do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,
  - c) **Oświadczenia Wykonawcy** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące **załącznik nr 3** do SIWZ podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,
  - d) **Oświadczenia Wykonawcy** stanowiącego **załącznik nr 4** podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,
  - e) **Oświadczenia Wykonawcy** o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącego **załącznik nr 5** podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,
  - f) **Załącznika nr 6 do SIWZ** – wykazu wykonanych dostaw podpisanego przez osobę/y/, uprawnioną/e/
  - g) Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  4. Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.
  5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).
  6. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez **PEŁNOMOCNIKA** wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.
  7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć **stosowne pełnomocnictwo** do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.
  8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów opisanych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oddzielone np. osobnym rozdziałem, od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia ww. informacji.  
**UWAGA!**  
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „**Przetarg nieograniczony 16/PN/16 dostawy endoprotez, implantów zespalających oraz cementu kostnego**”.
  9. Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).
  10. Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczątowanie oferty pieczętą firmową.
  11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
  12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### **XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrze przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.04. do dnia **05 sierpnia 2016r. do godz. 10<sup>00</sup>**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 sierpnia 2016r. o godz. 10<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego w Zabrze przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.04

### **XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:
  - a) Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,
  - b) Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,
  - c) Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,
  - d) Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,
  - e) Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.
2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

### **XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.
2. Oferta będzie oceniana pod względem:
  - 1) formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)
  - 2) merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanym niżej kryterium, którym jest:
    - a) **CENA „X”** – **100 punktów**

oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów

oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

$$\text{CENA „X”} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{ceny badanej oferty}} \times 100 \text{ punktów}$$

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

### **XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.
2. Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl). Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu

nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

**XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 7 do SIWZ**.

**XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.
2. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
  - b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;
  - d) odrzucenia oferty odwołującego;

**XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

**XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

**XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**XXII. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

**Magdalena Mulszanowska**

Kierownik Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....

Członkowie Komisji:

**Jakub Hawranek**

Z – ca Kierownik Bloku Operacyjnego  
Główny Użytkownik .....

**Krzysztof Szakiel**

Lek med.  
Główny Użytkownik .....

**Lidia Barna**

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego  
Główny Użytkownik .....

**Celina Hołda**

Specjalista  
Osoba z Działu Księgowości .....

Sekretarz Komisji:

**Barbara Goncerz**

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.....  
Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrze



data, miejscowość

### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających,  
i/ cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. Dane Wykonawcy:

1. Nazwa firmy:.....
2. Adres: województwo: .....powiat: .....  
miejscowość:.....kod:.....  
ulica:.....nr.....  
tel:.....fax:.....e-mail:.....
3. Regon:.....4. NIP:.....
5. Numer konta .....

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr **16/PN/16 dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających i/lub cementu kostnego** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie [www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)

**OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :**

**(jak w załączonych ..... [ 16 pakietach] tabelach sporządzone są w programie Microsoft Word)**

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	<p>Endoproteza stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja ceramika/polietylen stabilizowany. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym regulujący koślawość/szpotałość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. b) Trzpień bezcementowy, standartowy w minimum 10 rozmiarach i trzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14.</p> <p>Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcją), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej</p>	<b>Kpl.</b>	<b>9</b>					
					<b>RAZEM</b>			

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO**

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 2 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Endoproteza stawu kolanowego. W pełni anatomiczna endoproteza stawu kolanowego, cementowana, kłykciowa, modułarna, składająca się z części udowej, piszczelowej i wkładki polietylenowej. Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, o jednoosiowym stałym promieniu ruchu, wpisany w okrąg. Wkładka polietylenowa anatomiczna prawa i lewa o profilu zapewniającym stabilizację kolana przy zachowaniu lub resekcji więzadła krzyżowego tylnego, o grubościach od 10 do 24 mm, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka mocowana zatrzaskowo do komponentu piszczelowego. Komponent piszczelowy anatomiczny, lewy i prawy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Profile elementu piszczelowego z wkładką i elementu udowego umożliwiają rotację wzdłuż osi kłykcia przyśrodkowego. Komponent udowy jednakowy dla systemu z zachowaniem i bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego. W skład kompletu również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy.	<b>Kpl.</b>	<b>5</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 3 – ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny do biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-środkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomi kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami, Zaśleпки do otworów w komplecie. Wkład polietylenowy standardowy lub z okapem. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32,36 mm w trzech długościach szyjki. Śruby do panewki o średnicy 6,5 mm w długościach od 20 do 60 mm. Kpl: panewka z zaślepkami, wkład polietylenowy standardowy lub z okapem, głowa ceramiczna, śruby do panewki 3 szt, trzpień.	<b>Kpl.</b>	<b>8</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) **nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,**
- b) **będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	<p>Endoproteza stawu kolanowego całkowita – anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Distal Cur First). Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej.</p>	Kpl.	30					
2	<p><b>Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.</b> Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doбором kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatraskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w EtO. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej.</p>	Kpl.	1					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
CD 2	dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej.							
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 2</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) **nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,**
- b) **będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 5 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU KOLANOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy.	<b>KPL</b>	<b>20</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*



**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY ANATOMICZNE STAWU BIODROWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	<p>Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st.) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna), pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm.</p> <p>Skład 1 kpl:                      -trzpień (lewy lub prawy),                      -panewka press-fit lub wkręcana,                      -wkładka polietylenowa lub ceramiczna,                      - wkładka dwumobilna, głowa metalowa lub ceramiczna. Śruby, szpilki, obturatory 3 szt. - w różnych zestawieniach.</p>	<b>KPL</b>	<b>8</b>					
<b>2</b>	<p>Kable stalowe                      Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem.</p>	<b>SZT</b>	<b>12</b>					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY ANATOMICZNE STAWU BIODROWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>3</b>	Płyty kompresyjne 5,7,9,11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć o długościach 100, 110, 120 i 130mm. Lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowym o gr 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium, large) i 6 długościach 100, 110, 150, 160, 200, 210 mm posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm .Komplet płyta + 8 kabli.	<b>KPL</b>	<b>5</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 3</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) **nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,**
- b) **będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 7 – GWÓŹDŹ ODPIĘTOWY**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 lub trzy otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10 mm w rozmiarach 45, 50, 55 mm w wersji urazowej oraz 12 mm średnicy i długości 65, 75, 85 mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5 mm w długościach od 24 mm do 40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Do wyboru wersja urazowa lub do artrodezy. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby + zaślepka.	<b>KPL</b>	<b>5</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) **nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,**
- b) **będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 8 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Tytanowe płytki do zespożeń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0 mm, 2,3 mm i 2,7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15 stopni. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość od 10-38 mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 10-38 mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 2,3 mm lub 2,7 mm do wyboru śródoperacyjnie.	<b>KPL</b>	<b>40</b>					
<b>2</b>	Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1,5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 mmi 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15 stopni. Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 3,5 mm lub 2,7 mm do wyboru śródoperacyjnie.	<b>KPL</b>	<b>2</b>					
<b>3</b>	Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Do wyboru śródoperacyjnego.	<b>SZT</b>	<b>15</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 3</b>								

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 8 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 9 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	<p>Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6Al4V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długości offsetu szyjki, bez zmiany długości kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększającym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzenia i podłużne płetwy ograniczające rotację. b) Trzpień – bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony.</p> <p>Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę CoCr, wkładkę polietylenową, panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt.</p>	KPL	10					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 9 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
2	<p>Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długości offsetu szyjki, bez zmiany długości kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszpławiania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circuitrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększającym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczające rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowy w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony.</p> <p>Głowa ze stopu ZrNb lub metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ozebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm.</p> <p>Wkładka z kroslinkowanego polietylenu lub polietylenu - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb lub CoCr, wkładkę z kroslinkowanego polietylenu</p>	KPL	20					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 9 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>CD 2</b>	panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb lub CoCr, wkładkę z kroslinkowanego polietylenu lub polietylenu panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt.							
<b>3</b>	System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składając się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kabli oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kabli o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kabli o długość od 75 do 265mm. System ma umożliwoaćwielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. Komplet: płyta i 9 kabli.	<b>KPL</b>	<b>2</b>					
<b>4</b>	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małowazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125 a 145 stopni , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napyłana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym systemem zatraskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm. Komplet obejmuje: trzpień, głowę ZrNb, wkładkę z crosslinowanego polietylenu i panewkę, śruby, zaślepki.	<b>KPL</b>	<b>2</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 4</b>								



**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 9 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE**

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 10 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Płytki rynienkowe 1/3 koła pod śruby 3,5mm, ilość otworów od 2 do 12, długość od 25 do 145 mm. Stal.	<b>SZT</b>	<b>30</b>					
	<b>Zespolenia płytkowe. Płytki do małych fragmentów-ograniczonego kontaktu z okostną.</b>							
<b>2</b>	Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małowazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm, od 4 do 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet płytka + 7 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący.	<b>KPL</b>	<b>4</b>					
<b>3</b>	Śruba korowa średnica 3,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca w długościach od 10 do 40 ze skokiem co 2 mm oraz długościach od 45 do 110 mm, ze skokiem co 5 mm. Implanty w stali, sterylne.	<b>SZT</b>	<b>60</b>					
	<b>Zespolenia śródszpikowe</b>							
<b>4</b>	Gwoździe śródszpikowe tytanowe, kaniulowany do zaopatrzenia złamań kości piszczelowej oraz nadkłykciowych złamań kości udowej; dostępny w średnicach 8,5; 10; 11,5 i 13 mm oraz długościach od 26 do 50 cm (w skoku co 2 cm). W gwoździu piszczelowym 4 opcje wielokątowego blokowania proksymalnego, 3 otwory gwintowane (w tym jeden wyposażony w polietylenową wkładkę dającą blokowanie kątowe) oraz 1 otwór podłużny. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 4,5 dla gwoździ 8,5 mm oraz 5,0mm dla pozostałych średnic. Dystalnie 3 otwory umożliwiające blokowanie w 2 płaszczyznach. Ostatni otwór gwintowany, oddalony 5 mm od końca gwoźdź. W gwoździu udowym 3 gwintowane otwory dla blokowania w obrębie nasady dalszej uda, w tym 2 wyposażone we wkładki polietylenowe. Śruby blokujące z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoźdź dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Wszystkie implanty pakowane sterylne. Komplet: 1 gwoździe + 5 śrub blokujących + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący.	<b>KPL</b>	<b>6</b>					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 10 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>5</b>	Gwóźdź śródszpikowy, tytanowy do zaopatrzenia złamań kości ramiennej; dostępny w średnicach 8/7 mm; 9/7,5 mm; 10/8,5 mm oraz długościach od 16 do 30 cm (w skoku co 2 cm) Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym dostępny w 2 opcjach: z ugięciem proksymalnym lub prosty. Proksymalnie 4 gwintowane otwory, w tym 3 wyposażone we wkładki polietylenowe dające blokowanie kątowe. Śruby proksymalne samogwintujące, gąbczaste o średnicy 5 mm. Śruby dystalne korowe, samogwintujące o średnicy 4,0 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby gąbczaste + 2 śruba korowa + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący.	<b>KPL</b>	<b>3</b>					
<b>6</b>	Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia złamań szyjki i trzonu kości udowej, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza większego, dostępny w średnicach 10, 11,5 i 13mm oraz długościach od 180 do 480mm. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwóźdź krótki (180 mm i 200 mm) z podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub doszyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11 mm w rozmiarach od 70 do 125mm (śruba kompresyjna o średnicy 6,4 mm w rozmiarach od 65 do 120mm). Możliwość zastosowania śruby podkrętarzowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 -125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet obejmuje gwóźdź + zintegrowany system śrub doszyjkowych + 2 wkręty blokujące i zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący	<b>KPL</b>	<b>18</b>					
	<b>Inne</b>							
<b>7</b>	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa lub boczna. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i tylnoprzyśrodkowej. Płytki z zastosowaniem śrub z możliwością wielokierunkowego blokowania, zarówno w nasadzie jak i w trzonie, płytki prawe i lewe. W głowie płyty otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytki tylnoprzyśrodkowa od 4 do 7 otworów w dł. od 64 do 98 mm, płytki boczna od 4 do 6 otworów w dł. od 68 do 93mm Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe.	<b>KPL</b>	<b>3</b>					

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 10 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>CD 7</b>	Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małowazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm. Materiał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne.							
<b>8</b>	Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylnobocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małowazyjnego wprowadzenia. Płytki umożliwiające utworzenie kostrukcji 90°- 90° lub 180°. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie, w rozmiarach od 77 do 207 mm, od 5 do 13 otworów. Pakowane sterylnie. Komplet: płytka, 9 szt, śrub blokowanych o średnicy 2,7 mm. lub 3,5 mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący.	<b>KPL</b>	<b>5</b>					
<b>9</b>	Śruby korowe o śr. 2,5 mm oraz 2,7 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm	<b>SZT</b>	<b>10</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 9</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,**

b) **będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 11 – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniaacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40 g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu.	<b>SZT</b>	<b>50</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 12 – CEMENT KOSTNY**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Cement kostny bez antybiotyku - (op = 40 g). Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem.	<b>OP</b>	<b>70</b>					
<b>2</b>	Cement kostny z antybiotykiem - (op = 40 g). Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem.	<b>OP</b>	<b>40</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 2</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 13 – SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK I IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	System do szycia łąkrotek. Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłaniającego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samodociskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty zakładane są rzędowo w pojedynczą półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowatego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym.	<b>ZEST</b>	<b>8</b>					
<b>2</b>	Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x25mm, 35mm, 40mm, 8mm x25mm, 35mm, 40mm, 9mm x25mm, 35mm, 10mm x25mm, 30mm,35mm, 11mm x30mm, 35mm. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu.	<b>SZT</b>	<b>20</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 2</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 14 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Śruba typu Schanz, samotnąca, stalowa, w średnicach: 4,0mm i długości od 60 do 125 mm, 5,0mm idługości od 100 do 250mm, 6,0mm i długości od 100 do 190mm. Średnica i długość śruby do wyboru śródoperacyjnie.	<b>SZT</b>	<b>12</b>					
	<b>Zespolenia płytkowe</b>							
<b>2</b>	<p>Płyta anatomiczna blokowana do osteotomii w obrębie stawu kolanowego. -System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0.</p> <p>W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych /gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płytce samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm.</p> <p>Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzenie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężyłości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Komplet: 1 płyta + 7 śrub blokujących o przekroju 5,0mm + 1 szt śruba 4,5 korowa.</p>	<b>KPL</b>	<b>1</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 2</b>								



**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 14 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

a) **nie będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) **będzie\*** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

**z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto**

**\*niepotrzebne skreślić)**

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 15 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

**ZESTAW JEDENORAZOWY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej o długości min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant sterylny pakowany pojedynczo, oraz system do mocowania przeszczepu BTB ( z bloczkiem kostnym ) w procedurze rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej, dł. min 50 mm pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę; implant umożliwia zaczepienie bloczka kostnego, będącego częścią przeszczepu; Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Do wyboru śródoperacyjnego. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo.	<b>SZT</b>	<b>28</b>					
<b>2</b>	Mocowanie puszczelowe przeszczepu w postaci śruby interferencyjnej tytanowej o średnicy 7mm, 8mm, 9mm, 10mm i dł. 20mm, 25mm, 30mm.	<b>SZT</b>	<b>20</b>					
<b>RAZEM POZYCJA 1 DO 2</b>								

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 15 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE**

**ZESTAW JEDENORAZOWY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO**

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

\*niepotrzebne skreślić)

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie min 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY**

**NR SPRAWY 16/PN/16**

**PAKIET NR 16 – SYSTEMY MOCUJĄCYCH GWOŹDZI DO ZESPOŁENCZEŃCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa handlowa – nr katal.</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>1</b>	Gwoździ do zespołów złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo. Gwoździ wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczną korówkę. Blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą do 2 śrub korowych natomiast dystalnie płytką umieszczoną na bocznej korówce. Gwoździ lewy/prawy o średnicy 8,0mm w dwóch długościach. Płytki ustalające w czterech rozmiarach. Śruba łącząca. Śruby korowe kaniulowane o przekroju 4 mm, w długościach od 20 do 60mm. Kpl: gwoździ, płytki ustalające, śruba łącząca 1 szt, śruby korowe kaniulowane o przekroju 4,0mm - 6 szt.	<b>KPL</b>	<b>3</b>					
<b>RAZEM</b>								

**INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;**

- a) nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto  
\*niepotrzebne skreślić)

**Wymagamy zapłaty przelewem w terminie min 60 dni**

**Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2016r**

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

**Nazwa i adres Wykonawcy**

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

**DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/16**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
(Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

My niżej podpisani

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz  
.....  
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)  
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....  
*podpis osoby upoważnionej  
do działania w imieniu Wykonawcy*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

**Nazwa i adres Wykonawcy**

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

**DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/16**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

(Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

My niżej podpisani

.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)  
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
*podpis osoby upoważnionej  
do działania w imieniu Wykonawcy*

**Załącznik nr 4**

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

**Nazwa i adres Wykonawcy**

---

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

**DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/16**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);
- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;
- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

.....  
*Podpis osoby upoważnionej  
do działania w imieniu wykonawcy*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawę endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>
--------------------------------

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

**DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/16**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE**

My niżej podpisani

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz  
.....  
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)  
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy, iż Wykonawca:

1. Nie należy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.
2. Należy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.  
W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

\* niepotrzebne skreślić

.....  
*Podpis osoby uprawnionej  
do działania w imieniu wykonawcy*



..... data, miejscowość

**Załącznik nr 6**

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

**Nazwa i adres Wykonawcy**

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o. o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

**DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/16 ,**

**WYKAZ DOSTAW**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot dostawy</b>	<b>Wartość dostawy</b>	<b>Data wykonania zamówienia</b>	<b>Odbiorca zamówienia</b>
1				
2				
3				
4				

**UWAGA!!**

**DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE**

.....  
*podpis osoby upoważnionej  
do działania w imieniu Wykonawcy*

## Załącznik nr 7

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/16  
na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających  
i/lub cementu kostnego

### UMOWA 6/PN/16 - WZÓR W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawy endoprotez, i/lub implantów zespolonych, i/lub cementu kostnego zawarta dnia.....w Zabrze

pomiędzy:

**Szpitałem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze**, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 35 942 450,00 zł, o numerze NIP: 648 –270 – 05 – 83 i REGON 241127857  
reprezentowanym przez:

Zarząd – .....

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez.....pod numerem ...../wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem.....

posiadającym NIP: .....oraz REGON: .....

reprezentowanym przez \_\_\_\_\_

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

#### PRZEDMIOT UMOWY

##### § 1

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr **16/PN/16**, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy **endoprotez i/lub implantów zespolonych i/lub cementu kostnego** a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

#### WARTOŚĆ UMOWY

##### § 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie kwotę .....brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ..... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1.....

#### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

##### § 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **do 02 grudnia 2016r.**
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron

związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

## WARUNKI REALIZACJI UMOWY

### § 4

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny
  - 1) na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w **terminie do 24 godz.** od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr .....
  - 2) przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczęcia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego ( Zarząd Szpitala).
  - 3) na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrze przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
  - 4) po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.
  - 5) do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:
    - ze strony Wykonawcy ..... tel .....
    - ze strony Zamawiającego ..... tel .....
  - 6) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego

## WARUNKI PŁATNOŚCI

### § 5

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy po każdej dostawie, według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie **60 dni** od daty jej otrzymania
2. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy .....
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

## KARY UMOWNE

### § 6

1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.
2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.
3. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostawy określonym w § 4 ust 2 pkt 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 7

1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:
  - a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego
  - b) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian
  - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy
  - d) Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu.
  - e) Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstępstwem od niej, nawet w części a Wykonawca nie nabywa roszczeń z tego tytułu
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**