



Zabrze, dnia 30/08/2017r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  
tel./fax sekretariat (32) 277-61-00  
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

## WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

### PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/17

### NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

#### Pytanie nr 1

pakiet nr 10

poz. 9 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Poz. 9 Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 9 do osobnego pakietu ze względu na duże zapotrzebowanie w zakresie produktu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo oferty?

#### Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5, z filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Ad. Poz. 9

Nie, Zamawiający wydzieli pozycję nr 9 do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

#### Pytanie nr 2

Pakiet nr 21

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,5-0,8?

poz. 20 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100 ml?

#### Odpowiedź nr 2

Ad. poz. 1

Tak, Zamawiający dopuści również pojemniki o pojemności 0,5-0,8.

Ad. poz. 2

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 1 i poz. 2 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 1, i poz. 2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 poz. 7 i poz. 8 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 22 pozycji 7, i poz. 8. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 27 poz. 2 i poz. 3 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 27 pozycji 2, i poz. 3. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 poz. 6 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 6**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 29 poz. 6 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź nr 7**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 29 poz. 6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 8****Pakiet 22 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 9****Pakiet 22 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod o rozmiarze 45x80mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź nr 9**

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody o rozmiarze 45x80mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie nr 10****Pakiet 22 poz. 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm).

**Odpowiedź nr 10****Pakiet 22 poz. 6**

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody okrągłe „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm).

**Pytanie nr 11****Pakiet 22 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź nr 11****Pakiet 22 poz. 6**

Tak, Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 12****Pakiet 22 poz. 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard oraz zakończenie po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrask?

**Odpowiedź nr 12**

Modele aparatu Ascard; Mr Silver, Mr Blue, Mr Red.

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta ma być na wtyk bananowy 4 mm.

**Pytanie nr 13****Pakiet 22 poz. 8**

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrask, wtyk)?

**Odpowiedź nr 13**

Zakończenie kabla po stronie pacjenta to klamra.

**Pytanie nr 14****Pakiet 22 poz. 8 i 12**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie pozycji 8 i 12- czy te pozycje tworzą komplet( pozycja nr 8 przewody pacjenta i pozycja nr 12- kabel główny)

**Odpowiedź nr 14**

Tak, Zamawiający wymaga aby w/w pozycje tworzyły komplet.

**Pytanie nr 15****Pakiet 22 poz. 13.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości na 33 opakowania.

**Odpowiedź nr 15**

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody pakowane po 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości na 33 op.

**Pytanie nr 16****Projekt umowy- §6 pkt. 1 b**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1 b projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto wskazanej w par. 2 ust 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 3% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) " Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego" oraz „zasady współżycia społecznego". Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić

ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątplenia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

#### **Odpowiedź nr 16**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.

#### **Pytanie nr 17**

##### **Projekt umowy- §8 pkt. 1a**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

#### **Odpowiedź nr 17**

Postanowienia umowy (część V SIWZ –wzór umowy) są zawarte w **§ 8 ust. 1 lit. a)** są jasne i nie wymagają wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 18**

##### **Projekt umowy- §8 pkt. 2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

#### **Odpowiedź nr 18**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 8 ust 2)** wzór umowy o treści cyt. „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.

**Na zapis:** Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 60% ilości wskazanej w SIWZ.

Wykonawca nie nabywa w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

#### **Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie punktów 1a i 1b § 6 o treści (cyt.):

*1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i stosować będą kary umowne:*

*a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca

i nada mu proponowany zapis:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i stosować będą kary umowne:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości 0,5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca

#### UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienia w realizacji zamówienia czy też rozwiązanie umowy, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. W żadnym razie nie powinny też obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): *Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.*

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

#### **Odpowiedź nr 19**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.

#### **Pytanie nr 20**

##### **Pakiet nr 17:**

##### **Poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 480 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglając w górę do pełnego opakowania w przypadku otrzymania niepełnej ilości)?

##### **Poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglając w górę do pełnego opakowania w przypadku otrzymania niepełnej ilości)?

##### **Poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglając w górę do pełnego opakowania w przypadku otrzymania niepełnej ilości)?

##### **Poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglając w górę do pełnego opakowania w przypadku otrzymania niepełnej ilości)?

**Poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ, pakowane a' 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglając w górę do pełnego opakowania w przypadku otrzymania niepełnej ilości)?

**Poz. 9:**

Czy opisany przez Zamawiającego test skuteczności mycia powinien zapewniać kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków?

**Odpowiedź nr 20****Pakiet nr 17**

**Ad. poz. 4:** Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane a' 480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Ad. poz. 5:** Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane a' 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Ad. poz. 6:** Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane a' 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Ad. poz. 7:** Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane a' 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Ad. poz. 8:** Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Ad. poz. 9:** Nie, Zamawiający nie wymaga aby test skuteczności mycia zapewniał kontrolę skuteczności mycia z co najmniej dwóch różnych kierunkach

**Pytanie nr 21**pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej ze szpatułką o przekroju rombowym, dł. całkowita 14,6cm, śr. 2,4mm, /końcówki/- do aparatury typu VALLEYLAB. Przystosowana do sterylizacji parowej?

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 22**pakiet 25 poz. 15, 16, 17

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w tych punktach elektrody były wielorazowe, monopolarne, służące do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych wielorazowych, kompatybilnych do aparatu BOWA 215-145 lub równoważny?

**Odpowiedź nr 22**

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w tych punktach elektrody były wielorazowe, monopolarne, służące do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych wielorazowych, kompatybilnych do aparatu BOWA 215-145 lub równoważne.

**Pytanie nr 23**pakiet 47 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektroda monopolarnej, wielorazowej, długość całkowita 62mm?

**Odpowiedź nr 23**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie sztywnej, prostej, nożowej elektroda monopolarnej, wielorazowej, długość całkowita 62mm.

**Pytanie nr 24**pakiet 47 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sztywnej, nożowej elektrody argonowej do cięcia i koagulacji, długość całkowita 100 mm ?

**Odpowiedź nr 24**

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie sztywnej, nożowej elektrody argonowej do cięcia i koagulacji, długość całkowita 100 mm.

#### Pytanie nr 25

dot. zapisów SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt. a) i b)

Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych.

Zgodnie z ww ustawą klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 11 zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (dot. produktu z poz. 17) nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt a) poprzez dopisanie: „(.....) że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty **będące wyrobem medycznym** dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych”, oraz modyfikację zapisu SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt b) poprzez dopisanie: „(....) że dany produkt **będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu (....)**”

#### Odpowiedź nr 25

**Zamawiający modyfikuje:** zapis SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt a) o treści cyt."Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ stwierdzające, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym produkty (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych".

**Na zapis:** „Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ stwierdzające, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym produkty będące wyrobem medycznym (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych”.

**Zamawiający modyfikuje:** zapis SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt b) o treści cyt. „Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych”.

**Na zapis:** „Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych”.

**Zamawiający modyfikuje** zapis wzoru umowy § 4 ust. 4 o treści cytr. „Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz materiały zużywalne do aparatury medycznych będące przedmiotem umowy dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów na podstawie, których w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu”.

**Na zapis:** „Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz materiały zużywalne do aparatury medycznych będące przedmiotem umowy będące wyrobem medycznym dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów na podstawie, których w/w przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym został dopuszczony do obrotu”.

#### Pytanie nr 26

dot. pakietu nr 11 – wirówka laboratoryjna oraz zapisów we wzorze Umowa § 4 ust.3

Zamawiający wymaga, aby wydzierżawiona wirówka posiadała deklaracje zgodności CE (zapis w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym) i wymaga dostarczenia wraz z dostawą dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 05.2010r. (zapis w umowie).

Wirówka laboratoryjna oferowana przez naszą firmę nie została zakwalifikowana przez producenta jako wyrób medyczny. Nie podlega ona przepisom cytowanej ustawy. Podlega natomiast Dyrektywie niskonapięciowej 73/23/EWG, Dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz Dyrektywie maszynowej 98/37/WE i posiada Deklaracje zgodności WE na podstawie której jest dopuszczona do używania i obrotu. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów:

- pkt.13 w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym na zapis: „Deklaracja zgodności WE – załączona do dokumentacji”

- §4 wzoru Umowy ust. 3 na zapis: „(.....) zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.”

**Odpowiedź nr 26**

**Zamawiający modyfikuje:** zapis pkt.13 w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym o treści cyt. „Deklaracja zgodności CE – załączona do dokumentacji”

**Na zapis:** „Deklaracja zgodności WE – załączona do dokumentacji”.

**Zamawiający modyfikuje:** zapis w §4 wzoru Umowy ust. 3 o treści cyt. „Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wirówki laboratoryjnej będącej przedmiotem dzierżawy dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi oraz paszport techniczny”.

**Na zapis:** „Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wirówki laboratoryjnej będącej przedmiotem dzierżawy dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi oraz paszport techniczny”.

**Pytanie nr 27****Pakiet nr 52 poz. 1.3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule donosowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL, MW(XXL), LW(XXXL) ? Rozmiary MW i LW różnią się jedynie nazewnictwem natomiast są adekwatne do podanych w formularzu Zamawiającego. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie szerszej gamy rozmiarów a tym samym precyzyjniejsze dopasowanie właściwego rozmiaru do pacjenta. Zapobiegnie to powstawaniu uszkodzeń i odleżyn na skórze pacjenta.

**Odpowiedź nr 27**

Tak, Zamawiający dopuści również kaniule donosowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL, MW(XXL), LW(XXXL).

**Pytanie nr 28****Pakiet nr 52 poz. 1.4**

Czy zamawiający wymaga maseczki w rozmiarach oprócz S, M, L, XL dodatkowo rozmiar XS? Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie szerszej gamy rozmiarów a tym samym precyzyjniejsze dopasowanie właściwego rozmiaru do pacjentów. Zapobiegnie to powstawaniu uszkodzeń i odleżyn na skórze pacjenta.

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza maseczki w rozmiarach oprócz S, M, L, XL dodatkowo rozmiar XS.

**Pytanie nr 29****Pakiet 52 poz. 1. 5**

Czy zamawiający wymaga czapeczki w rozmiarach XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL? Takie rozwiązanie umożliwi zamawiającemu stosowanie szerszej gamy rozmiarów a tym samym precyzyjniejsze dopasowanie właściwego rozmiaru do główki pacjenta. Zapobiegnie to powstawaniu odleżyn, zniekształceń i podrażnień na ciele pacjenta.

**Odpowiedź nr 29**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza czapeczki w rozmiarach XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 48 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 – „klipsy tytanowe Hemoclip Weck” i utworzenie osobnego pakietu, lub wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 48?

**Odpowiedź nr 30**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 48 pozycji 16. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 – „zestaw do drenażu klatki piersiowej” i utworzenie osobnego pakietu, lub wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie 6?

**Odpowiedź nr 31**



Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 7. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

**Odpowiedź nr 32**

Nie, Zamawiający nie dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF, Zamawiający wymaga faktury w formie papierowej.

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 1 pkt a) na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości 0,2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

**Odpowiedź nr 33**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a) wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. Na zapis: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.**

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 1 pkt b) na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

**Odpowiedź nr 34**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b) wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. Na zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.**

**Pytanie nr 35**

Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 35**

Tak, Zamawiający dopuści również kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180

17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 36**

Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź nr 36**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 1-2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 37**

Pakiet nr 10, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 37**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 38**

Pakiet nr 10, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 38**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 39**

Pakiet nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,2 mm, zewnętrznej 2,5 mm?

**Odpowiedź nr 39**

Tak, Zamawiający dopuści również przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,2 mm, zewnętrznej 2,5 mm.

**Pytanie nr 40**

Pakiet nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 40**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przyrządy z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 41**

Pakiet nr 10, poz. 8-9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przyrządami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź nr 41**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 8-9. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie nr 42**

Pakiet nr 10, poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min),

wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary), objętość wypełnienia 0,085 ml.

**Odpowiedź nr 42**

Zamawiający dopuszcza również bezigłowe zawory dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min), wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary), objętość wypełnienia 0,085 ml.

**Pytanie nr 43**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź nr 43**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 8: Tak Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 44**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9 i 10: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź nr 44**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9 i 10, Tak Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 45**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9: Prosimy o sprecyzowanie ile przyrządów Zamawiający wymaga do określonej w formularzu cenowym ilości testów?

**Odpowiedź nr 45**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 9. Zamawiający wymaga 2 przyrządy.

**Pytanie nr 46**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 12: Prosimy o sprecyzowanie ile przyrządów Zamawiający wymaga do określonej w formularzu cenowym ilości testów?

**Odpowiedź nr 46**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 12. Zamawiający wymaga 2 przyrządy.

**Pytanie nr 47**

Dotyczy Pakietu nr 17, pozycja nr 13: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź nr 47**

Tak, Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Pytanie nr 48**

Dotyczy Pakietu nr 17: Asortyment ujęty w Pakiecie nr 17 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

**Odpowiedź nr 48**

Zamawiający w odp. Nr 25 dokonał modyfikacji zapisów SIWZ rozdz. 6 ust. 6.2 pkt a), pkt b) oraz zapis wzoru umowy § 4 ust. 4 w związku z powyższym nie wymaga oświadczenia.

**Pytanie nr 49**

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.1a: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych do 2% wartości dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź nr 49**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a) wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. Na zapis: "Wykonawca**

zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Pytanie nr 50**

Dotyczy Wzoru umowy § 6, ust.1b: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianych kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej wartości umowy.

**Odpowiedź nr 50**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b) wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. Na zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.**

**Pytanie nr 51**

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 52**

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 52**

Tak, Zamawiający dopuści również cewniki Foleya z gumowym portem do napełniania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 53**

Pakiet 1 poz.5-7, 9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne?

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 54**

Pakiet 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera o dł. 45cm?

**Odpowiedź nr 54**

Tak, Zamawiający dopuści również dreny Khera o dł. 45cm.

**Pytanie nr 55**

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x60mm z regulacją 22-47mm?

**Odpowiedź nr 55**

Tak, Zamawiający dopuści również igłę do punkcji mostka 1,6x60mm z regulacją 22-47mm.

**Pytanie nr 56**

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x73mm z regulacją 35-60mm?

**Odpowiedź nr 56**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 57**

Pakiet 1 poz.34

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 57**

Tak, Zamawiający dopuści również sondy Sengstekena od CH 16 do CH 20, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 58**

Pakiet 1 poz.36

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 58**

Tak, Zamawiający dopuści również strzykawki trzyczęściowe 20ml, z dokładniejszą skalą co 0,5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 59**

Pakiet 1 poz.37

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 59**

Tak, Zamawiający dopuści również strzykawki trzyczęściowe 10ml, z dokładniejszą skalą co 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 60**

Pakiet 1 poz.65

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 8ml?

**Odpowiedź nr 60**

Tak, Zamawiający dopuści również nebulizator o pojemności 8ml.

**Pytanie nr 61**

Pakiet 1 poz.68

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10, 12 o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 61**

Tak, Zamawiający dopuści również sondy żołądkowe w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10, 12 o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 62**

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z korkiem standardowym, posiadające min. 2 paski RTG, wykonane z FEP?

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 63**

Pakiet 10 poz.4

Czy Zamawiający dopuści kraniki z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odpowiedź 63**

Tak, Zamawiający dopuści również kraniki z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty-zamknięty.

**Pytanie 64**

Pakiet 10 poz.5

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wewnętrznej 1,24mm i zewnętrznej 2,4mm?

**Odpowiedź 64**

Tak, Zamawiający dopuści również przedłużacz o średnicy wewnętrznej 1,24mm i zewnętrznej 2,4mm

**Pytanie 65**

Pakiet 10, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zadania 10 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź 65**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 11. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety

**Pytanie 66**

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni?

**Odpowiedź 66**

Tak, Zamawiający wyrazi również zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni.

**Pytanie 67**

Pakiet 14 poz. 3

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów SIWZ?

**Odpowiedź 67**

Zgodnie z zapisami w części I pkt 6.2 b) SIWZ

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

**Pytanie 68**

Pakiet 14 poz.6

Tak, Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne pakowane w op.a'2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź 68**

Zamawiający dopuści również rękawice chirurgiczne ortopedyczne pakowane w op.a'2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie 69**

Pakiet 21 poz.6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź 69**

Tak, Zamawiający dopuści również kieliszki w op.a'75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie 70**

Pakiet 21 poz.8

Czy Zamawiający dopuści opaski w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź 70**

Tak, Zamawiający dopuści również opaski w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie 71**

Pakiet 21 poz.19

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,5l?

**Odpowiedź 71**

Tak, Zamawiający dopuści również pojemniki o pojemności 2,5l.

**Pytanie 72**

Pakiet 21 poz.35

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w op.a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź 72**

Tak, Zamawiający dopuści również okularki do fototerapii w op.a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 73**

Pakiet 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medicor 16 kanałowy. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź 73**

Tak, Zamawiający dopuści również papier EEG 420x300x2000 do aparatu Medicor 16 kanałowy z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie 74**

Pakiet 41 poz. 3, 4, 12

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

**Odpowiedź 74**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga papieru oryginalnego.

**Pytanie 75**

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

**Odpowiedź 75**

Tak, Zamawiający dopuści również fartuch podfoliowany na całej powierzchni, spełniający pozostałe wymagania w SIWZ.

**Pytanie 76**

Pakiet 16 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarze 40x30cm ( 15x30 i 25x30), spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

**Odpowiedź 76**

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń dwukomorową o wymiarze 40x30cm ( 15x30 i 25x30), spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ.

**Pytanie 77**

Pakiet 16 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 50x60 cm , spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ?

**Odpowiedź 77**

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń o wymiarach 50x60 cm , spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ.

**Pytanie 78**

Pakiet 16 poz.21

Czy Zamawiający dopuści czepki głębokie w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm., wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk ?

**Odpowiedź 78**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 79**

Pakiet 16 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści czepki w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, kolor niebieski, denko w kolorze białym, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź 79**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 80**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, wyposażony we wkład hydrofobowy filtrujący wyłącznie w sposób mechaniczny o skuteczności filtracji 99,999999%, sterylny, skuteczny 24 godziny z przestrzenią martwą 54ml?

**Odpowiedź 80**

Tak, Zamawiający dopuści również filtr oddechowy, wyposażony we wkład hydrofobowy filtrujący wyłącznie w sposób mechaniczny o skuteczności filtracji 99,999999%, sterylny, skuteczny 24 godziny z przestrzenią martwą 54ml.

**Pytanie 81**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dotchawicze zbrojone z mankietem niskociśnieniowym wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnych półpierścieni na korpusie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź 81**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 82**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dotchawicze z mankietem niskociśnieniowym wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnych półpierścieni na korpusie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź 82**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 83**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych i umożliwi udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na korzystnych warunkach cenowych?

**Odpowiedź 83**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie 84**

Dotyczy pakietu 52, poz. 1,2.

Prosimy o możliwość zaferowania jednorazowych głowic do BabyFlow dostępnych aktualnie w trzech różnych rozmiarach (S, M, L) – rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Głowice kompatybilne są z pozostałymi elementami systemu i dostępne są w opakowaniu zawierającym 20 szt.

**Odpowiedź 84**

Zamawiający dopuści również możliwość zaferowania jednorazowych głowic do BabyFlow dostępnych aktualnie w trzech różnych rozmiarach (S, M, L) – z możliwością wyboru rozmiaru przez Zamawiającego, które są kompatybilne z pozostałymi elementami systemu i dostępne są w opakowaniu zawierającym 20 szt.

**Pytanie 85**

Dotyczy pakietu 52, poz. 1,4.

Prosimy o możliwość zaferowania jednorazowych maseczek kompatybilnych z systemem BabyFlow zarówno w dostępnych dotychczas rozmiarach S, M i L oraz aktualnie rozszerzonej numeracji o rozmiar 4,5,6 – rozmiar do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 85**



Zamawiający dopuści również możliwość zaoferowania jednorazowych maseczek kompatybilnych z systemem BabyFlow zarówno w dostępnych dotychczas rozmiarach S, M i L oraz aktualnie rozszerzonej numeracji o rozmiar 4,5,6 – z możliwością wyboru rozmiaru przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 86**

Dotyczy pakietu 52, poz. 1,5.

Prosimy o możliwość zaoferowania zarówno jednorazowych czapeczek (w rozmiarach od XS do XXL+), jak i jednorazowego użytku opasek (w rozmiarach od XXS do XL). Zarówno czapeczki, jak i opaski są kompatybilne z całym systemem BabyFlow; pakowane są po 5 szt. - rozmiar i rodzaj mocowania (czapeczka lub opaska) do wyboru przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 86**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 87**

**Czy Zamawiający zmieni zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

#### **Odpowiedź 87**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust 2.

#### **Pytanie 88**

Czy Zamawiający wskaże katalog dotyczący nienależytego wykonania umowy który będzie uprawniał do odstąpienia od umowy (§3 ust. 2)? Obecny zapis jest ogólny i nieprecyzyjny powodujący możliwość znacznych nadużyć.

#### **Odpowiedź 88**

Nie, Zamawiający nie określa zamkniętego katalogu przypadków uprawniających go do rozwiązania umowy.

#### **Pytanie 89**

§ 4 ust. 2 (oraz SIWZ pkt. 4 ppkt. 4.2) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie pakietu nr 37 z 3 dni roboczych do 7 dni roboczych?

#### **Odpowiedź 89**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie pakietu nr 37 z 3 dni roboczych do 7 dni roboczych.

#### **Pytanie 90**

**Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?** Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

#### **Odpowiedź 90**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 4 ust 5.

#### **Pytanie 91**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:**

- a. Ust. 1 lit a - zmiana z 5% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie
- b. Ust. 1 lit b – zmiana z 30% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z

zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup> k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

#### **Odpowiedź 91**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.

#### **Pytanie 92**

##### **Pakiet 10 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?

##### **Odpowiedź 92**

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaofertowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

#### **Pytanie 93**

##### **Pakiet 22 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania elektrody EKG o średnicy 26mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

##### **Odpowiedź 93**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 94**

##### **Pakiet 42**

Czy Zamawiający dopuści również równoważny stapler okrężny-zakrzywiony w wymaganych rozmiarach 25, 29, 33mm; o średnicy noża odpowiednio: 16,4, 20,4 i 24,4mm; wyposażony w regulowaną wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,5mm, co umożliwi efektywne jej zamknięcie operatorowi na wysokość w wyżej wymienionym zakresie od 1mm do 2,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką ?

#### Odpowiedź 94

Tak, Zamawiający dopuści również równoważny stapler okrężny-zakrzywiony w wymaganych rozmiarach 25, 29, 33mm; o średnicy noża odpowiednio: 16,4, 20,4 i 24,4mm; wyposażony w regulowaną wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,5mm, co umożliwia efektywne jej zamknięcie operatorowi na wysokość w wyżej wymienionym zakresie od 1mm do 2,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką.

#### Pytanie 95

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. Nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 14 z pakietu 3 i utworzy nowy oddzielny pakiet?

Wyłączenie stworzy Zamawiającemu możliwość otrzymania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert, co przełoży się na efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi ?

#### Odpowiedź 95

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 14 z pakietu 3 i utworzenie oddzielnego pakietu.

#### Pytanie 96

Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 1).

### UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

.....  
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

#### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ..... (zgodnie z załącznikiem).

#### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym ..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

#### §3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem .....niezgodnie z instrukcjami obsługi.

- Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
- Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
- Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

#### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

#### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

#### § 6. Zawiadomienia

- Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
- W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

#### § 7. Zakończenie umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od ..... do ..... r.
- W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
- W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
- Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 8. Postanowienia końcowe

- Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ..... zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
- Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

#### Odpowiedź 96

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, (dot. § 1 ust. 1).

#### Pytanie 97

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

#### Odpowiedź 97

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 4 ust. 5.

#### Pytanie 98

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości **0,5%** ich wartości **brutto** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji/wadliwego przedmiotu zamówienia**

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części** kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

#### **Odpowiedź 98**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.

#### **Pytanie 99**

##### **Pakiet 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm o obniżonym poziomie protein < 30 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: papierowe obustronnie foliowane, max 70 par.

#### **Odpowiedź 99**

Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice o grubości na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm o obniżonym poziomie protein < 30 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: papierowe obustronnie foliowane, max 70 par.

#### **Pytanie 100**

##### **Pakiet 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na mankiecie min. 0,16 ± 0,01 mm o poziomie protein < 37 µg/g.

#### **Odpowiedź 100**

Tak, Zamawiająca dopuszcza również rękawice o grubości wynoszącej na mankiecie min. 0,16 ± 0,01 mm o poziomie protein < 37 µg/g.

#### **Pytanie 101**

##### **Pakiet 14, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznymi, bezpydrowymi, półsyntetycznymi: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

#### **Odpowiedź 101**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 102**

##### **Pakiet 14, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ

i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), 2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III?

**Odpowiedź 102**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 103**

**Pakiet 14, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych, bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na palcach, wewnątrz polimeryzowanych lub/i chlorowanych, pakowanych po max 200 szt.

**Odpowiedź 103**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 104**

**Pakiet 14, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 14 do odrębnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższej pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur.

**Odpowiedź 104**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie 105**

**Pakiet 14, poz. 6**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej (antyślizgowe), wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Grubość na pojedynczej ścianie dłoni  $\geq 0,21$  mm. Odporne na przenikanie cementu kostnego – raport z wynikami badań zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną. Zawartość pudru zgodna z wymogami ustawodawcy wynosząca  $\leq 2.0$  mg/rękawicę zgodnie z ASTM D 6124 i ISO 21171. Poziom protein  $< 30$   $\mu\text{g/g}$ . Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie foliowe składane podciśnieniowe, hermetyczne.

**Odpowiedź 105**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 106**

**Pakiet 14, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie 50% akrylamidu tj. prop-2-enamidu, który podobnie jak podstawowy składnik cementu kostnego (metakrylan metylu) stanowi organiczny monomer biorący udział w procesie polimeryzacji rozpuszczalny w wodzie.

**Odpowiedź 106**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 107**

**Pakiet 14, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitylowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego o średniej długość min. 265 mm. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk

**Odpowiedź 107**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 108**

**Dotyczy Pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m<sup>2</sup>, która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

**Odpowiedź 108**

Tak, Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m<sup>2</sup>, co zdecydowanie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru.

#### **Pytanie 109**

##### **Dotyczy Pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

##### **Odpowiedź 109**

Tak, Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

#### **Pytanie 110**

##### **Pakiet nr 19:**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki wstawiając pod formularzem cenowym dotyczącym pakietu nr 19 wymagań dotyczących rękawów papierowo-foliowych?

Formularz cenowy pakiet 19 dotyczy papieru do sterylizacji.

##### **Odpowiedź 110**

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę wstawiając pod formularzem cenowym dotyczącym pakietu nr 19 (dotyczący papierów do sterylizacji) wymagań dotyczących rękawów papierowo-foliowych  
Zamawiający modyfikuje pakiet nr 19 poprzez wykreślenie wymagań, które dotyczą pakietu nr 20.

#### **Pytanie 111**

##### **Pakiet nr 20, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 200m?

##### **Odpowiedź 111**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 112**

##### **Pakiet nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, w zamian za nazwę producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

##### **Odpowiedź 112**

Tak, Zamawiający dopuści również, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, w zamian za nazwę producenta. Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Pytanie 113**

##### **Pakiet nr 20:**

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji były oznakowane znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa.

Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji użytkownika wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu.

##### **Odpowiedź 113**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby rękawy do sterylizacji były oznakowane znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa.

#### **Pytanie 114**

##### **Pakiet nr 45:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do pielęgnacji noworodków w bardzo zbliżonym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)
- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej
- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50\*40cm)

- czapeczka 1 szt.
  - kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm \*7,5 cm)
- Zestaw będzie dostarczane w jałowym opakowaniu.

#### **Odpowiedź 114**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zestawu do pielęgnacji noworodków w bardzo zbliżonym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)
- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej
- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50\*40cm)
- czapeczka 1 szt.
- kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm \*7,5 cm)

Które będą dostarczane w jałowym opakowaniu.

#### **Pytanie 115**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

#### **Odpowiedź 115**

Poprzez określenie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### **Pytanie 116**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „*bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

#### **Odpowiedź 116**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy § 3 ust. 2.

#### **Pytanie 117**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „*opóźnienie*” i „*opóźnienia*” zostały zastąpione odpowiednio słowami „*zwłokę*” i „*zwłoki*”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „*kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.*” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „*uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.*”

#### **Odpowiedź 117**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy § 6 ust. 1.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.



### Pytanie 118

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „30% kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „30% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie/odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Odpowiedź 118

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy § 6 ust. 1.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b) wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. Na zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.**

### Pytanie 119

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

### Odpowiedź 119

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy.

### Pytanie 120

Zważywszy na treść § 8 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówić?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

### **Odpowiedź 120**

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 8 ust 2)** wzór umowy o treści cyt. „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstępstwem od niej, nawet w części.

**Na zapis:** Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 60% ilości wskazanej w SIWZ.

Wykonawca nie nabywa w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

### **Pytanie 121**

#### **Dotyczy Pakietu nr 20:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

#### **Odpowiedź 121**

Tak, Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2.

### **Pytanie 122**

#### **Pakiet 8**

##### Poz. 1, 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

#### **Odpowiedź 122**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 1 i 2 i utworzenie oddzielnego pakietu.

### **Pytanie 123**

#### **Pakiet 22**

##### Poz. 2, 3, 7, 8, 12, 13

Prosimy o wydzielenie poz. 2, 3, 7, 8, 12, 13 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

##### Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie gruszek w kolorze niebieskim.

##### Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 23x30 mm

#### **Odpowiedź 123**

#### **Pakiet 22**

##### Ad. Poz. 2, 3, 7, 8, 12, 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 22 i utworzenie oddzielnego pakietu.

##### Ad. Poz. 3

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

##### Ad. Poz. 13

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

### **Pytanie 124**

#### **Pakiet 25**

##### Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

##### Poz. 2

Prosimy o podanie średnicy trzpienia.

##### Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 4 m

##### Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie dł. 20 cm

##### Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie powierzchni aktywnej 125 cm<sup>2</sup>

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody silikonowej o wymiarach 20x15 cm z wbudowanymi gniazdami do połączenia kabla dwubolcowego

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie średnicy 12 mm

Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie średnicy 16 mm

Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie dł. 150 mm

**Odpowiedź 124**

**Pakiet 25**

Ad. Poz. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 25 pozycji 3 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Ad. Poz. 2, Poz. 4, Poz. 5, Poz. 6, Poz. 8, Poz. 15, Poz. 16, Poz. 18

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 125**

**Pakiet 26**

Poz. 3

Prosimy o uszczegółowienie o jaki uchwyt chodzi

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie wysokości 13mm

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie wysokości 17,5 mm lub 23 mm

**Odpowiedź 125**

**Pakiet 26**

Ad. Poz. 3, Poz. 4, Poz. 4

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 126**

**Pakiet 27**

Poz. 3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

**Odpowiedź 126**

**Pakiet 27**

Poz. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 27 pozycji 3 i utworzenie oddzielnego pakietu.

**Pytanie 127**

**Pakiet 28**

Poz. 6 i 8

Prosimy o wydzielenie poz. 6 i 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

**Odpowiedź 127**

**Pakiet 28**

Poz. 6 i 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 6 i 8 i utworzenie oddzielnego pakietu.

**Pytanie 128**

**Pakiet 29**

Poz. 1, 3, 6, 7, 8

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 3, 6, 7, 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

**Odpowiedź 128**

## Pakiet 29

Poz. 1, 3, 6, 7, 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 29 pozycji 1, 3, 6, 7, 8 i utworzenie oddzielnego pakietu.

## Pytanie 129

**Dot. § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, **przez co Strony rozumieją brak realizacji Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego wezwania do realizacji umowy, wysłanego w odstępie co 3 dni** oraz o wykreślenie zdania:

~~„Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu.”~~

## Odpowiedź 129

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy § 3 ust. 2.

## Pytanie 130

**Dot. § 6 KARY UMOWNE ust.1 – W celu miarkowania kar umowny, które w obecnej postaci nie są współmierne do uchybień i odstają w znacznym stopniu od ogólnie przyjętych norm w tego typu umowach, prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:**

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy i stosować będą kary umowne:

- a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za **opóźnienie zwłokę** w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad w wysokości **5% 1%** ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **30% 10%** kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

## Odpowiedź 130

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1a)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 5 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień lub wymianie wadliwych wyrobów na wolne od wad w wysokości 2 % ich wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

**Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 pkt 1b)** wzór umowy o treści cyt. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. **Na zapis:** „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”.

## Pytanie 131

### Pakiet 10 poz. 1

1/ Czy zamawiający oczekuje aby forma zabezpieczenia kaniuli przed zakluciem, zabezpieczała również przed przypadkową ekspozycją na krew w sytuacji zachłapania w okolicach słuzówkowo skórnych??

2/ Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zabezpieczenie zamykało całkowicie światło igły , a samo zabezpieczenie posiadało system kapilar, które zabezpiecza przed potencjalnym wpływem krwi z mandrynu?

## Odpowiedź 131

**Ad.1** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby forma zabezpieczenia kaniuli przed zakłuciem, zabezpieczała również przed przypadkową ekspozycją na krew w sytuacji zachłapania w okolicach śluzówkowo skórnych.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zabezpieczenie zamykało całkowicie światło igły , a samo zabezpieczenie posiadało system kapilar, które zabezpiecza przed potencjalnym wypływem krwi z mandrynu

#### **Pytanie 132**

##### **Pakiet 10 poz. 1**

1/ Czy zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała dodatkowe zdejmowane elementy ułatwiające zakładanie kaniuli do naczynia??

2/ Czy zamawiający oczekuje aby kaniula była widoczna tylko pod USG?

3/ Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniula powinna być sterylizowana tlenkiem etylenu?

##### **Odpowiedź 132**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby kaniula posiadała dodatkowe zdejmowane elementy ułatwiające zakładanie kaniuli do naczynia.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby kaniula była widoczna tylko pod USG, natomiast wymaga min. trzy nitki RTG.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby kaniula sterylizowana była tlenkiem etylenu.

#### **Pytanie 133**

##### **Pakiet 10 poz. 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o średnicy 1mm

##### **Odpowiedź 133**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 134**

##### **Pakiet 10 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wewnętrzna część drenu powinna być wykonana z materiału low sorbing, który jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi lekami np. nitrogliceryną i gwarantuje podaż planowanej dawki leki?

##### **Odpowiedź 134**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wewnętrzna część drenu była wykonana z materiału low sorbing, który jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi lekami np. nitrogliceryną i gwarantuje podaż planowanej dawki leki.

#### **Pytanie 135**

##### **Pakiet 16 poz.3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

##### **Odpowiedź 135**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr16 pozycji 3. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

#### **Pytanie 136**

##### **Pakiet 16 poz.11**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45cm x 50 cm.

##### **Odpowiedź 136**

Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety w rozmiarze 45cm x 50 cm.

#### **Pytanie 137**

##### **Pakiet 16 poz.12**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90 cm x 150 cm.

##### **Odpowiedź 137**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

#### **Pytanie 138**

##### **Pakiet 16 poz.12**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150 cm x 196 cm.

**Odpowiedź 138**

Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety w rozmiarze 150 cm x 196 cm.

**Pytanie 139**

**Pakiet 16 poz.15**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej dwukomorowej torby na narzędzia chirurgiczne samoprzylepna 33x41cm, wykonana z przezroczystej folii PEVA rozmiar komór 13x25cm oraz 28x25cm, pasek przylepny 5x41cm. Pakowana sterylnie w opakowanie foliowo- papierowe zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź 139**

Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną dwukomorową torbę na narzędzia chirurgiczne samoprzylepną 33x41cm, wykonaną z przezroczystej folii PEVA rozmiar komór 13x25cm oraz 28x25cm, pasek przylepny 5x41cm. Pakowana sterylnie w opakowanie foliowo- papierowe zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

**Pytanie 140**

**Pakiet 16 poz.16, poz.18**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej jednokomorowej torby na narzędzia chirurgiczne samoprzylepna o wymiarach 33x41cm, wykonana z przezroczystej folii PEVA, pasek przylepny 5x40cm. Pakowana sterylnie w opakowanie foliowo-papierowe zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź 140**

**Dot. Poz. 16** Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną jednokomorową torbę na narzędzia chirurgiczne samoprzylepną o wymiarach 33x41cm, wykonaną z przezroczystej folii PEVA, pasek przylepny 5x40cm. Pakowana sterylnie w opakowanie foliowo-papierowe zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

**Dot. Poz. 18** Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 141**

**Pakiet 16 poz.21**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 21 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź 141**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji 21. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

**Pytanie 142**

**Pakiet 42**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego z uchylnym kowadełkiem, dł. płaszcza min 185 mm, średnica 24mm, 26mm, 29mm, 32 mm, wysokość zszywek przed zamknięciem odpowiednio do rozmiaru 4,5mm, 4,8mm, 4,8mm 5,0,mm wysokość zszywek po zamknięciu odpowiednio 1,8mm, 2,0mm, 2,0mm, 2,2mm. Posiadający okienko kontrolne pozwalające na ocenę stopnia uformowania zszywek oraz podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem.

Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź 142**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ

**Pytanie 143**

**Pakiet 44 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy i szerokości strzyżenia 31,5mm. Pragniemy nadmienić, że oferowane ostrza są obecnie przez Państwa stosowane.

**Odpowiedź 143**

Tak, Zamawiający dopuszcza również ostrza o szerokości strzyżenia 31,5mm.

**Pytanie 144**

**Pakiet 44 poz.2**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie pojawił się błąd i zamawiającemu w kwestii wodoszczelności strzygarki chodziło o klasę IPX7, a nie IPX&?

**Odpowiedź 144**

Zamawiający wyjaśnia iż pojawił się błąd w kwestii wodoszczelności strzygarki. Zamawiającemu chodziło o klasę IPX7.

**Pytanie 145****Pakiet 50 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do autotransfuzji firmy Transmed, składającego się z dwóch drenów, mieszka z zastawką przeciwwrotną i worka na krew z filtrem max. 200 mikronów i poj. min. 700ml z zastawką przeciwwrotną. Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji (175/40/10u).

**Odpowiedź 145**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

**Pytanie 146**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 29 pozycji 2, 4, 5 co pozwoli na złożenie bardziej korzystnej oferty na te akcesoria.

**Odpowiedź 146**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 29 pozycji 2, 4, 5. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełny pakiet.

**W związku z powyższym Zamawiający dołącza zmodyfikowane: SIWZ oraz Szczegółowy formularz ofertowo cenowy w zakresie pakietu nr 11 i 14**

Z poważaniem  
ZASTĘPCA PREZESA

Piotr Trybański

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.