



SM/DZ/2018/

**PRZETARG NIEOGRANICZONY 25/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ
ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO
DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI**

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST 4 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 30

PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY

Prosimy o doprecyzowanie jakich ilości poszczególnych wielkości Zamawiający oczekuje. Wyrób występuje w 3 wielkościach opakowań :12,5cc, 25cc oraz 50cc. Ze względu na wielkość każde opakowanie występuje w innej cenie; wyszczególnienie pozwoli na złożenie najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź 1

Zamawiający oczekuje zaoferowania dostawy preparatu kośćcozastępczego w ilości 10 opakowań a 25cc. Uwzględniając powyższe wprowadza modyfikację do PAKIETU NR 30 polegającą na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez polegające wskazanie wielkości pojedynczego opakowania zamawianego preparatu kośćcozastępczego.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 30 A – PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY**

na którym należy złożyć ofertę przetargową.

Pytanie nr 2 – Pakiet 29

DRUTY KIRSCHNERA POZ. 1 – 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera o długości 310 mm

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji od 1 – 8 PAKIETU 29 zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 310 mm.

Jednocześnie celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza dodatkową informację dotyczącą wymogu stawianemu w/w przedmiotowi zamówienia poprzez dodanie do jego opisu informacji, w której stwierdza, że wymagamy by zaoferowany w pozycji 1 do 8 drut był drutem z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). Stosowną adnotację Zamawiający zamieści w zmodyfikowanym pakiecie 29 na którym należy złożyć ofertę przetargową

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA**

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 3 – Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 poz. 1-8 zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 31 cm?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji od 1 – 8 PAKIETU 29 zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 31 cm.

opis *ch. Kirschner*

Jednocześnie celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza dodatkową informację dotyczącą wymogu stawianemu w/w przedmiotowi zamówienia poprzez dodanie do jego opisu informacji, w której stwierdza, że wymagamy by zaoferowany w pozycji 1 do 8 drut był drutem z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). Stosowną adnotację Zamawiający zamieści w zmodyfikowanym pakiecie 29 na którym należy złożyć ofertę przetargową
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA**

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 4 – Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 poz. 1-8 zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 21 cm?

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji od 1 – 8 PAKIETU 29 drutów Kirschnera o długości 21 cm.

Pytanie nr 5 – Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 poz. 11 zaoferowanie drutu plastycznego o śr. 1.2 mm ?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji 11 PAKIETU 29 zaoferowanie drutu plastycznego o śr. 1.2 mm

Stosowną adnotację Zamawiający zamieści w zmodyfikowanym pakiecie 29 na którym należy złożyć ofertę przetargową

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA**

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 6 – Pakiet 29

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 1-8 dopuści możliwość zaoferowania Drutu Kirschnera o długości 310mm?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji od 1 – 8 PAKIETU 29 zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 310 mm.

Jednocześnie celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza dodatkową informację dotyczącą wymogu stawianemu w/w przedmiotowi zamówienia poprzez dodanie do jego opisu informacji, w której stwierdza, że wymaga by zaoferowany w pozycji 1 do 8 drut był drutem z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). Stosowną adnotację Zamawiający zamieści w zmodyfikowanym pakiecie 29 na którym należy złożyć ofertę przetargową

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA**

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 7 – Pakiet 29

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania drutu plastycznego o średnicy 1,2mm?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji 11 PAKIETU 29 zaoferowanie drutu plastycznego o śr. 1.2 mm

Stosowną adnotację Zamawiający zamieści w zmodyfikowanym pakiecie 29 na którym należy złożyć ofertę przetargową

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

**Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA**

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 8 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych z długością gwintu od 4mm do 16mm, dl. całkowita od 10 do 50mm?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 9 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania:

Część 1 pytania 9

Płytki „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej.

Możliwość zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm w trzonie płyty oraz blokowanych 5,0 mm w części nasadowej. W płycie otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera.

Wysokość klina od 3mm do 17,5mm.

Odpowiedź 9.1

Tak Zamawiający dopuści również taki produkt jeżeli śruby dokręcane będą śrubokrętem dynamometrycznym

Część 2 pytania 9

Oraz

Płytki klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia i przyśrodkowa. W płycie 4 otwory blokowane, możliwość zastosowania śrub blokowanych 5,0 mm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm, materiał tytan?

Odpowiedź 9.2

Zamawiający wymaga dostawy produktu zgodnie z zapisami SIWZ tj;

.....płyty anatomicznej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych / gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach itd.....

Pytanie nr 10 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 4, 8 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do płytek z gniazdem sześciokątnym zamiast z sześciokątnym i gwiazdkowym?

Odpowiedź 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 11 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 156-316mm zamiast 56-316mm?

Odpowiedź 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 12 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby typu Schanz o długości od 60 do 120mm dla średnicy 4,0mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 13 – Pakiet 32

Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 3-10 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

Odpowiedź 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 14 – Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści system jednorazowy do podciśnieniowej terapii ran wytwarzający podciśnienie niezmiennie 80 mmHg składający się z pompki podciśnieniowej działającej do 30 dni od momentu uruchomienia, zasilanej bateriami 3 AAA znajdującymi się w zestawie, drenu odprowadzającego, z opatrunkami zbudowanymi z pianki oraz warstwy hydro włóknistej kontaktowej wzmocnionej z przyklepcem silikonowym oraz dodatkowymi paskami mocującymi, opatrunki w rozmiarach 16x16, 16x21, 12x21, 12x31. Zestaw składa się z pompki i dwóch opatrunków do wyboru.

Odpowiedź 14

Podane powyżej rozmiary nie zaspokajają w pełni zgłoszonego w postępowaniu zapotrzebowania Zamawiającego w ty przedmiocie.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15: Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 2.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej 4 w terminie do 48 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr.....”

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną powyżej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu dostawy z 24 na 48 godzin (licząc od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr.....).

Przedmiotowa modyfikacja zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy dotyczy jedynie asortymentu określonego w pakiecie 15 tj. – ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ i w pakiecie 33 tj.

– ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pozostałych pakietach nie ulega zmianie i wynosi 24 godziny licząc od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr.....

Pytanie nr 16: Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 10.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis na:

„W razie dostarczenia wadliwego wyrobu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia wady do Zamawiającego.”


Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną powyżej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad z 24 na 48 godzin (licząc od daty zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego).

Przedmiotowa modyfikacja zapisu § 4 ust. 10 wzoru umowy dotyczy jedynie asortymentu określonego w pakiecie 15 tj. – ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ i w pakiecie 33 tj.

– ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI.

Termin wymiany wadliwego wyrobu na wyrób pozbawiony wad dla wymienionego asortymentu w pozostałych pakietach nie ulega zmianie i wynosi 24 godziny licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy jego wady przez Zamawiającego

ZASTĘPCA PREZESA
Z poważaniem

Piotr Trybalski

Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrze

Załączniki;

1) ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 30 A – PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY

2) ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29 A – DRUTY KIRSCHNERA

na których należy złożyć ofertę przetargową



Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
 ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29A – DRUTY KIRSCHNERA

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 1,0mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	30					
2	Drut Kirschnera 27 - 31 cm, śr. 1,2mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	40					
3	Drut Kirschnera 27 – 31 cm, śr. 1,4mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	200					
4	Drut Kirschnera 27 – 31 cm, śr. 1,6mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	200					
5	Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 1,8mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	200					
6	Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 2,0mm. Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	200					
7	Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 2,5mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	80					
8	Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 3,0mm Stal z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec).	SZT	10					
9	Drut plastyczny do zespoień śr. 0,8mm, w rolce w długości 10m. Stal	SZT	3					
10	Drut plastyczny do zespoień śr 1,0mm, w rolce w długości 10m. Stal	SZT	3					

29

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 29A – DRUTY KIRSCHNERA

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
11	Drut plastyczny do zespołów śr. 1,20 do 1,25mm, w rolce w długości 10m. Stal	SZT	4					
12	Drut plastyczny do zespołów śr. 1,5mm, w rolce w długości 10m. Stal	SZT	4					
					RAZEM			

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaakragłone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia

.....
 Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

ds

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY
ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 30 A – PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Materiał biodegradowalny i biokompatybilny do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz tkankach miękkich, może być używany w miejscach zainfekowanych, całkowicie wchłaniałalny. Dostępny w pastach lub granulkach. Wielkość opakowania a*25cc	SZT	10					
					RAZEM			

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

.....
 Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy