



SM/DZ/2018/

PRZETARG NIEOGRANICZONY 25/PN/17

**NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ
ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO
DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI**

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST 4 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw podwójny /tzw.biodrowy/ w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach 2x80g?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji 1 PAKIETU 17 zaferowanie zestawu podwójnego /tzw.biodrowy/ w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach 2x80g.

Uwzględniając powyższe Zamawiający wprowadza modyfikację do PAKIETU NR 17 polegającą na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

**ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 17 A – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO
ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK**

na którym należy złożyć ofertę przetargową.

Pytanie nr 2 – Pakiet 17 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw pojedynczy /tzw.kolanowy/ w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach 1x80g?

h

Jan 3
Quelle

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również w pozycji 2 PAKIETU 17 zaoferowanie zestawu pojedynczego /tzw. kolanowy/ w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach 1x80g.

Uwzględniając powyższe Zamawiający wprowadza modyfikację do PAKIETU NR 17 polegającą na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 17 A – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK

na którym należy złożyć ofertę przetargową

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZESA
Piotr Trybalski
Zarząd Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrze

Załączniki;

- 1) ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 17 A – PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK na którym należy złożyć ofertę przetargową

Urząd Szpitala

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 17A – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa – nr katal.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ - zawierający 2 mieszalniko /strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarczy w umożliwiający presuryzację cementu, waży łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposazony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 2x40g lub 2x80g . Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu.	SZT	100					
2	Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko /strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie ponadto: uszczelniacz krętarczy w umożliwiający presuryzację cementu, waży łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposazony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40g lub 1x80g . Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu.	SZT	200					
3	Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz trauma/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami.	SZT	120					
					RAZEM			

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaakraglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

.....
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawc