



**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SPRAWY 01/PN/18
NA DZIERŻAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ
ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TESTÓW LABORATORYJNYCH
I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
ZUŻYWALNYCH.**

SM/DZ/2018

Zabrze 08 marca 2018r

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 80 op 10 ml, które umożliwi wykonanie 140 ozn i wycenę 4 takich opakowań?

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczące pakietu 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 81 testu paskowego? Jeśli tak prosimy o podanie prognozowanej ilości oznaczeń.

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczące pakietu 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 80-88? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 21 poz. 80-88.

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 20,21,26 krążków od innego producenta niż pozostałe?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 20; 21 i 26 krążków od innego producenta niż zaoferowane podłoża na płytkach.

Pytanie nr 5 dotyczące pakietu 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.73-76 testów MIC bez pochłaniaczy wilgoci?

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z użyciem lampy UV wraz z jej bezpłatnym użyczeniem?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 podłoża dwudzielnego: CHROMagar mSuperCARBA / CHROMagar KPC?

Porównując podłoża CHROMagar mSuperCARBA oraz CHROMagar KPC możemy stwierdzić, iż CHROMagar mSuperCARBA jest podłożem nieco bardziej czułym, a zatem przeznaczonym do wykrywania głównie oporności związanej z ekspresją karbapenemaz o niższej aktywności np. OXA-48. Z kolei, ze względu na wyższą czułość, podłoże to może być nieco mniej specyficzne w porównaniu do CHROMagaru KPC. Stąd, w sytuacjach gdzie częściej identyfikuje się mechanizmy oporności KPC lub NDM sugerowane jest używanie podłoża CHROMagar KPC. Naszym klientom proponujemy dobre rozwiązanie w postaci dwudzielnego podłoża Chromagar KPC/Chromagar mSuperCARBA. W załączeniu przesyłamy kolorowe foldery

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 8 dotyczące pakietu 22:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że podłoża muszą być kompatybilne z aparatem VITEK 2? Zapis wskazuje podłoża konkretnej firmy, co zmniejsza konkurencyjność w zakresie tego pakietu.

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 9 dotyczące pakietu 21 i 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki oraz certyfikat ISO w formie książkowej podpisanej na pierwszej stronie, poświadczonej za zgodność z oryginałem tylko na pierwszej stronie dokumentu oraz podaną informacją, ilu stron dotyczy poświadczenie z dopiskiem "poświadczenie dotyczystron".

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuści również taki sposób przedłożenia certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki oraz certyfikatu ISO

Pytanie nr 10 dotyczące pakietu 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 oraz 7 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 23 poz. 5 i 7

Pytanie nr 11 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w pakiecie nr 9 poz. 1 standaryzowanych krwinek wzorcowych zawieszonych w PBS do układu ABO rozcieńczeniu 10%, któremu odpowiadają wartości $0,4-0,45 \times 10^6$ RBC/ul oraz Ht 3,58-4,48%. Proponowany zestaw jest dopuszczony przez IHiT do stosowania w metodzie szkiełkowej?

Odpowiedź 11

Zamawiający wymaga gotowego do użycia zestawu krwinek wzorcowych do oznaczania grupy krwi met. szkiełkową spełniających wymagania IHiT.

Pytanie nr 12 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w pakiecie nr 9 poz. 2 Zestawu kontrolnego do codziennej kontroli odczynników i krwinek o wartości $1,2-2,15 \times 10^6$ RBC/ul oraz Ht 13-17%. Proponowany zestaw jest dopuszczony przez IHiT do w/w kontroli i posiada stosowne dla listy A Certyfikaty WE?

Odpowiedź 12

Zamawiający wymaga gotowego do użycia zestawu do codziennej kontroli serologicznej spełniającego wymagania IHIT.

Pytanie nr 13 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w pakiecie nr 9 poz. 3 Standaryzowanych krwinek wzorcowych zawieszonych w r-r LISS rozcieńczeniu 4%, któremu odpowiadają wartości $0,12-0,15 \times 10^6$ RBC/ul oraz Ht 1,19-1,47%. Proponowany zestaw jest dopuszczony przez IHIT do stosowania w metodzie próbówkowej?

Odpowiedź 13

Tak, Zamawiający wymaga gotowego do użycia zestawu krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał met. próbówkową spełniających wymagania IHIT.

Pytanie nr 14 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w pakiecie nr 9 poz. 4 i 5 krwinek wzorcowych o rozcieńczeniu 23-27%, któremu odpowiadają wartości $0,92-1,15 \times 10^6$ RBC/ul oraz Ht 8,05-11,09%. Proponowane zestawy są dopuszczone przez IHIT do przygotowywania odpowiednich, zgodnych z wymaganiami zawieszin do badań serologicznych?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający wymaga w poz. 4 i 5 krwinek wzorcowych dopuszczonych przez IHIT do sporządzania zawieszin do badań serologicznych.

Pytanie nr 15 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w pakiecie nr 9 poz. 6 i 7 odczynników należących do wykazu B i posiadających w związku z tym odpowiednie dokumenty (w tym Certyfikaty WE)?

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający wymaga w poz. 6 i 7 odczynników należących do wykazu B, posiadających w związku z tym odpowiednie dokumenty (w tym certyfikat WE), zgodnie z brzmieniem pkt 3 a – d w Wymaganiach Dodatkowych zmodyfikowanego PAKIETU 9A.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 16 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9 poz. 1 – 10 przy każdej dostawie nowej serii świadectwa producenta?

Odpowiedź 16

Tak, zgodnie z brzmieniem pkt 4 w Wymaganiach Dodatkowych zmodyfikowanego PAKIETU 9A.

Pytanie nr 17 dotyczące pakietu 9:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9 poz. 11-13 książek zgodnych z RMZ z dnia 16.10.2017 i z poz.14 zgodnych z Obwieszczeniem MZ z dnia 9.06.2017.

Odpowiedź 17

Zamawiający popełnił błąd wskazując pod pakietem 9 w pozycji 7 „materiał źródłowy” zawierający wzory wyspecyfikowanych w pozycji 11 – 14 zamawianych książek.

Uwzględniając powyższe wprowadza korektę polegającą na zastąpieniu obarczonego błędem zapisu o treści;

„Książki z poz. 11-14 zgodne z wzorami zamieszczonymi w aktualnym Rozp. MZ. z dnia 11.XII.2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych”

zapisem poprawnym o treści;

„Książki z poz. 11-13 zgodne z wzorami zamieszczonymi w RMZ z dnia 16.10.2017 i z poz.14 zgodnych z Obwieszczeniem MZ z dnia 9.06.2017.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 18 dotyczące pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwacza jednorazowego do palca/piętki z chowanym ostrzem nożykowym o głębokości penetracji 1,6 mm i szerokości 1,5 mm?

Odpowiedź 18

Zamawiający celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 informuje, że w pozycji 1 przedmiotowego pakietu oczekuje dostawy nakłuwacza do palca – jednorazowego użytku, z chowanym ostrzem o głębokości penetracji nie większej niż 1,2 mm dla niemowląt i małych dzieci.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 8A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 19 dotyczące pakietu 8 poz. 1

Ponieważ nakłuwacze pakowane są po 200 szt. w najmniejszym opakowaniu handlowym prosimy o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Odpowiedź 19

Zamawiający zwiększa w pozycji 1 PAKIETU 8 zamówienie w tym przedmiocie z 300 do 400 szt.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 8A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 20 dotyczące pakietu 8 poz. 2

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy do palca z chowanym ostrzem igłowym o głębokości penetracji 1,6 mm i rozmiarze igły 28G czy nakłuwaczy o głębokości penetracji 1,8 mm i rozmiarze igły 21G?

Odpowiedź 20

Zamawiający celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 8 informuje, że w pozycji 2 przedmiotowego pakietu oczekuje dostawy nakłuwacza do palca – jednorazowego użytku z chowanym ostrzem o głębokości penetracji nie większej niż 1,8 mm dla dorosłych.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 8A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 21 dotyczące pakietu 10 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z warunku dostarczenia w pakiecie nr 10 poz. 1- 6 kopii ocen i opinii wystawionych przez jednostkę notyfikowaną (wymagania pkt. 3 podpunkt c)?

Odpowiedź 21

Zamawiający odstępuje od zamieszczonego pod pakietem 10, postawionego w pkt 3c wymogu dotyczącego dołączenia przez Wykonawcę do oferty dla poz 1- 6 kopii ocen i opinii wystawionych przez jednostkę notyfikowaną.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 10A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 22 dotyczące pakietu 9 poz. 14

Pozycja 14 Książka codziennej kontroli jakości zestawu diagnostycznego. Składamy wniosek o przesłanie wzoru druku w/w książki ponieważ nie jest ona wskazana w aktualnym Rozp. MZ. z dnia 11.XII.2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych. Jeśli pytający jest w błędzie to wnosimy o wskazanie dokładnie numeru załącznika do w/w Rozporządzenia. Powyższe informacje są niezbędne do złożenia ważnej oferty

Odpowiedź 22

Zamawiający popełnił błąd wskazując pod pakietem 9 w pozycji 7 „material źródłowy” zawierający wzory wyspecyfikowanych w pozycji 11 – 14 zamawianych książek.

Uwzględniając powyższe wprowadza korektę polegającą na zastąpieniu obarczonego błędem zapisu o treści:
„Książki z poz. 11-14 zgodne z wzorami zamieszczonymi w aktualnym Rozp. MZ. z dnia 11.XII.2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych”

zapisem poprawnym o treści;

„Książki z poz. 11-13 zgodne z wzorami zamieszczonymi w RMZ z dnia 16.10.2017 i z poz.14 zgodnych z Obwieszczeniem MZ z dnia 9.06.2017.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 23 dotyczące pakietu 9

Wnosimy o odstąpienie od wymagania stałości producenta przez okres umowy ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na decyzję zaprzestania produkcji oraz kwestie ta reguluje wzór umowy §8 pkt 1 ppkt 4

Odpowiedź 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ. Przedmiotowy wymóg jest uzasadniony i uwarunkowany koniecznością przestrzegania przez personel laboratorium procedur ISO i IQC.

W przypadku zaprzestania produkcji danego produktu Wykonawca winien ten fakt zgłosić Zamawiającemu na piśmie i zaoferować mu do zaakceptowania produkt zamienny na warunkach określonych w §8 pkt 1 ppkt 4 UMOWY 01 / PN /18a.

Pytanie nr 24 dotyczące pakietu 9

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dodatkowego w pkt 4 ponieważ jest niezgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r która to ustawa stanowi ,że do serii należy załączyć świadectwo kontroli jakości wystawione przez producenta a nie stronę trzecią . Jest to bezwzględny wymóg dla producentów/

Odpowiedź 24

Zamawiający wprowadził do pakietu 9 zmianę o którą wnosi Wykonawca.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 25 dotyczące pakietu 9

Uprzejmie informujemy ,że tylko PCBC SA na terenie UE nie posiada jako jednostka notyfikowana swojego laboratorium i zleca wykonanie badań do nieakredytowanego laboratorium tj. WIM ,IHIT . Pozostałe Jednostki Notyfikowane posiadają swoje laboratoria wewnętrzne a potwierdzeniem jakości odczynników jest certyfikat CE.

Zamawiający ułomność jednostki PCBC SA przenosi na siwz jako wymóg dlatego wnosimy o odstąpienie od wymagania które jest sprzeczne z normami prawnymi w tym Dyrektywy 98/79/WE oraz decyzją Ministra Zdrowia (na wniosek zamawiającego przesłaliśmy dokument)

Odpowiedź 25

Uprzejmie dziękujemy za informację dotyczącą PCBC S.A.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 26 dotyczące pakietu 9

Ponieważ umowa na dostawy w pakiecie nr 9 jest przewidziana na okres 12 miesięcy wnosimy o dopuszczenie w pozycji 1 zestawy krwinek w ilości 12 zestawów 3x10 ml z terminem ważności 45 dni od dostawy.

Odpowiedź 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczące pakietu 9

Czy w pozycji 1 krwinki do układu ABO mają być gotowe do użycia w metodzie próbówkowej i szkiełkowej zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r .

Odpowiedź 27

Zamawiający oczekuje dostawy krwinki zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 09.06.2017r

Pytanie nr 28 dotyczące pakietu 9

Czy w pozycji 3 zamawiający wymaga krwinek do metody próbówkowej i szkiełkowej?

Odpowiedź 28

Gotowe do użycia krwinki wzorcowe zawieszane w r-rze LISS służą wyłącznie do wykrywania przeciwciał metodą próbówkową.

Pytanie nr 29 dotyczące pakietu 9

Czy w pozycji 3 jako równoważne można zaoferować zestawy 3x10 ml z terminem ważności 42 dni od dostawy (wymagany w siwz 27 dni)?

Odpowiedź 29

Okresy ważności podawane na buteleczkach lub opakowaniach dotyczą odczynników przechowywanych w wymaganych przez producenta warunkach - w tym przypadku w temperaturze lodówki. Zamawiający oczekuje zachowania właściwości produktu - od otwarcia do końca jego zużycia - mimo wielokrotnej - uzależnionej od konieczności jego użycia - zmiany temperatury otoczenia oddziałującej na niego. Zgodnie z punktem 8 wymagań dodatkowych Wykonawca może zaproponować jedynie mniejsze objętości fiolek. Na proponowane większe objętości fiolek Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 dotyczące pakietu 9

Jaki hematokryt mają mieć krwinki z pozycji 4

Odpowiedź 30

Hematokryt dla konserwowanych krwinek wzorcowych do badania przeciwciał nie powinien być większy niż 12%.

Pytanie nr 31 dotyczące pakietu 9

Czy w pozycji 2 wkraśl się błąd pisarski i powinno być 2x5ml?

Odpowiedź 31

Tak, Zamawiającemu chodzi o zestaw do codziennej kontroli oznaczeń grup krwi zawierający kontrolę negatywną i pozytywną (kontrola dwu- a nie trzyzłomowa).

W pozycji 2 pakietu 9 popełniono błąd, którego korektę wprowadzono do zmodyfikowanego PAKIETU 9A.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 9A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 32 dotyczące pakietu 9

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 6 jako równoważnej pojemności standard anty-D od 5 do 10 ml abyśmy mogli złożyć ofertę. Wskazujemy, że Zamawiający dopuszcza cytając: Zamawiający w poz od 5 do 10 podał orientacyjnie preferowaną wielkość opakowania. Wykonawcy mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania..... Jednakże na rynku w UE nie mam mniejszych opakowań dlatego tylko większe dlatego wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź 32

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.

Sposób konfekcjonowania jest zależny wyłącznie od decyzji producenta. Zapis w żaden sposób nie ogranicza dostępu do rynku. Naszemu laboratorium, w którym zużycie odczynników serologicznych nie jest wielkie, - pakiet 9 ma stosunkowo niską wartość - zależy na jak najmniejszych objętościach fiolek, co jest gwarancją uniknięcia marnowania odczynników. Okresy ważności podawane na buteleczkach lub opakowaniach dotyczą odczynników przechowywanych w wymaganych przez producenta warunkach - w tym przypadku w temperaturze lodówki. Zamawiający oczekuje zachowania właściwości produktu - od otwarcia do końca jego zużycia mimo wielokrotnej - uzależnionej od konieczności jego użycia - zmiany temperatury otoczenia oddziałującej na niego.

Pytanie nr 33 dotyczące pakietu 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstrzymanie dostaw jeśli należność nie zostanie zrealizowana przez szpital w terminie do 62 dni?

Odpowiedź 33

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie dostaw.

Pytanie nr 34 dotyczące pakietu 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 3 wymaga próbek bez podziałki / znaczników ?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuści również i taki produkt.

Pytanie nr 35 dotyczące pakietu 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 5 dopuści próbkę z kołnierzem / rantem, znacznikiem, etykietą, pakowaną indywidualnie z datą ważności na próbce. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami.

Odpowiedź 35

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 36 dotyczące pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki w postaci CD? Uzasadnienie: karta zawiera od 10 do 55 stron formatu A4.

Odpowiedź 36

Tak Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z pierwszą dostawą odczytników karty charakterystyki na nośniku CD.

Pytanie nr 37 dotyczące pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wraz analizatorem instrukcji obsługi w postaci CD. Uzasadnienie: instrukcja oferowanego analizatora zawiera 2750 stron formatu A4.

Odpowiedź 37

Tak Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z dostawą analizatora jego instrukcji obsługi na nośniku CD.

Pytanie nr 38 dotyczące pakietu 5

W załączniku nr 1a pod tabelą z parametrami granicznymi jest informacja dotycząca pakietu nr 3, prosimy o poprawienie omyłki.

Odpowiedź 38

Zamawiający popełnia omyłkę pisarską polegającą na błędnym podaniu pod TABELĄ PARAMETRÓW WYMAGANYCH SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA OFERTOWO CENOWEGO PAKIETU NR 5 informację dotyczącą pakietu 3. Uwzględniając powyższe wprowadza pod tabelą PARAMETRÓW GRANICZNYCH PAKIETU 5 korektę zgodnie z poniższym wzorem.

PAKIET NR 5 A

TABELĄ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

LP	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH	SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie)
...	

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w ~~PAKIECIE 3 analizatora do oznaczania glukozy i mleczanów w hemolizacie krwi włósniezkowej~~ PAKIECIE 5 analizatora immunochemicznego

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : zł netto, + VAT...% tj. brutto..... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE

UWAGA!!!!

W załączeniu ZAŁĄCZNIK 1A DO SIWZ - PAKIET NR 5A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty

Pytanie nr 39 dotyczące pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 dni na min. 21 dni? Uzasadnienie: oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z zagranicy.

Odpowiedź 39

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający w PAKIECIE 5 wymaga dostawy analizatora max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 40 dotyczące WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskoniony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Przedmiotowe zmiany można wprowadzić do umowy

- w oparciu o ust 1 pkt 3 §7 WZOR UMOWY 01/PN/18 dot. dzierżawy sprzętu z dostawą odczynników
- w oparciu o ust 1 pkt 4 §8 WZOR UMOWY 01/PN/18a dot. dostawy odczynników

Pytanie nr 41 dotyczące pkt 3 par 7 WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

Czy Zamawiający może podać minimalny próg wykonania umowy.

Odpowiedź 41

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy w związku z tym, gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na minimalnym poziomie 70 % w stosunku do wartości określonej w SIWZ

Uwzględniając powyższe Zamawiający wprowadza modyfikację wzoru umowy w zakresie ust 3 § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE zmieniając jego dotychczasową treść cytując:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części, a wykonawca nie nabywa roszczeń z tego tytułu.

zapisem o treści

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 70% wartości wskazanej w SIWZ. Wykonawca nie nabywa w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

Pytanie nr 42 dotyczy TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH.

Czy pozycje 5 i 6 powinny dotyczyć tego samego zestawu odczynnikowego do FT4? Czy też zaszła pomyłka i jedna pozycja dotyczy zestawu odczynnikowego do FT3.

Odpowiedź 42

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w poz. 6 tabeli odczynników i materiałów zużywalnych PAKIETU 5, w której zamiast zapotrzebowania na *zestaw odczynnikowy do FT3 w ilości 1 400 ozn.*, błędnie podał *zestaw odczynnikowy do FT4 w ilości 1 400 ozn.* Uwzględniając powyższe wprowadza do tabeli odczynników i materiałów zużywalnych PAKIETU 5 korektę zgodnie z poniższym wzorem.

PAKIET NR 5 A**TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość oznaczeń /24 miesiące
....
5	Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT4	1 900 ozn
6	Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT4 FT3	1 400 ozn
....

UWAGA!!!!

W załączeniu ZAŁACZNIK 1A DO SIWZ - PAKIET NR 5A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty

Pytanie nr 43 dotyczy TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Czy w pozycji 32 mają się znaleźć materiały kalibracyjne czy kontrolne?

Odpowiedź 43

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w poz. 32 TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH PAKIETU 5, polegającą na użyciu niepoprawnego sformułowania cytuję „Materiały kalibracyjne” zamiast poprawnego „Materiały kontrolne”.

Uwzględniając powyższe wprowadza do tabeli odczynników i materiałów zużywalnych PAKIETU 5 korektę zgodnie z poniższym wzorem.

PAKIET NR 5A**TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość oznaczeń /24 miesiące
....
32*	Materiały kalibracyjne kontrolne dla pozycji 21 – 30 (patrz pkt 2 pod tabelą) - wymienić i wycenić kolejno jako osobne pozycje w ilości zapewniającej 4-ro krotną kontrolę w miesiącu	na 24 miesiące
....

UWAGA!!!!

W załączeniu ZAŁACZNIK 1A DO SIWZ - PAKIET NR 5A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty

Pytanie nr 44 dotyczy SIWZ rozdział 6 ust. 6.2 pkt. c); wzór umowy (pakiety 1-7), pakiet 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku

polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza udostępnienie instrukcji obsługi i instrukcji odczynnikowych - w języku polskim drogą internetową lub w formie CD (patrz pakiet 6 tabela PARAMETRÓW WYMAGANYCH pkt 8) oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji pisemnej lub elektronicznej dostarczonych wraz z dostawą odczynników (patrz pakiet 6 tabela PARAMETRÓW WYMAGANYCH pkt 19)

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na druku formularz oferty pozostawić zapisy tylko do pakietów na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pakiety na które Wykonawca nie będzie składał oferty zostaną usunięte.

Odpowiedź 45

Tak Zamawiający wyraża zgodę aby na druku Załącznik nr 1 A do SIWZ przetarg nieograniczony 01 /PN /18 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY pozostawić zapisy wymagane do złożenia oferty w zakresie pakietów na które będzie ona złożona.

Pytanie nr 46

Dotyczy formularz oferty Czy Zamawiający pod pojęciem „okres gwarancji” miał na myśli „termin ważności”? Jeśli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w pakiecie nr 6 z 7 miesięcznym terminem ważności, a w pakiecie nr 22 zmianę zapisu z „... 12 m-cy...” na „... 5 tygodni....”? Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A – warunki dodatkowe dla podłoży.

Odpowiedź 46

Zamawiający;

- w PAKIET 6 nie stawia ograniczeń dotyczących terminu / data ważności odczynników,
- PAKIET 22 termin ważność podłoży - min. 5 tyg. od daty dostawy (patrz zamieszczony pod pakietem 22 w pkt 4 części dot. WARUNKÓW DODATKOWYCH DLA PODŁOŻY)

Wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ - OFERTA

„Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi min 12 m-cy dla materiałów zużywalnych”

nie odnosi się do terminu / daty ważności odczynników / podłoży /testów lecz dotyczy gwarancji innych materiałów zużywalnych.

Pytanie nr 47 Dotyczy pakiet nr 22 – warunki dodatkowe dla podłoży – pkt. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Odpowiedź 47

Formułując zapis przywołanego powyżej pkt 5 o treści;

5. Do każdej serii dołączony w wersji papierowej lub elektronicznej, bądź za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej certyfikat kontroli jakości potwierdzający spełnienie wymagań wg CLSI

Zamawiający dopuszcza opcję przekazania dokumentów za pośrednictwem strony internetowej której adres zostanie wskazany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 48 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§4 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni?

Odpowiedź 48

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy w związku z tym uwzględniając powyższe wprowadza modyfikację wzoru umowy w zakresie ust 1 pkt 4 § 7 WARUNKI REALIZACJI UMOWY zmieniając jego dotychczasową treść cytując:

1. Dostawa ;

- 4) wydzierżawionego immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up i / lub analizatora ELISA do badań immunochemicznych max do dwóch tygodni (14 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

zapisem o treści;

1. Dostawa:

- 4) wydzierżawionego immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up i / lub analizatora ELISA do badań immunochemicznych max do trzech tygodni (21 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

Pytanie nr 49 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§4 ust. 1 pkt 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 18 dni?

Odpowiedź 49

Zamawiający określił obowiązujący w SIWZ termin dostawy sprzętu w odpowiedzi 48

Pytanie nr 50 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 51 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej wartości umowy a nie jak dotychczas od wartości całego 22 miesięcznego kontraktu?

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 52 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§6 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 53 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. pakietów 1-7):

§6 ust. 2 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?

Odpowiedź 53

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 54 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

Odpowiedź 54

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 55 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej wartości umowy a nie jak dotychczas od wartości całego kontraktu?

Odpowiedź 55

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 56 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź 56

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 57 dotyczy WZORU UMOWY 01A/PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

§6 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?

Odpowiedź 57

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści aby w pakiecie nr 6 tylko jeden z analizatorów posiadał możliwość podłączania do serwisowego połączenia VPN?

Odpowiedź 58

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy w związku z tym, wprowadza modyfikację PAIETU 6 poprzez wprowadzenie do jego TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH w pozycji 14 korekty zgodnie z poniższym wzorem.

ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość oznaczeń / 22 miesiące	Nazwa katal.	Nr katal	wielkość op.	Ilość op.	Cena jedn. netto op.
14**	**Koszt podłączenia – włączenia dwóch dzierżawionych analizatorów JEDNEGO Z DWÓCH DZIERŻAWIONYCH APARATÓW tj. analizatora parametrów krytycznych z pominięciem aparatu back – up do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS						

UWAGA!!!!

W załączeniu ZAŁACZNIK 1A DO SIWZ - PAKIET NR 6A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia analizatorów w pakiecie nr 6 do 30 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy do tego czasu zainstalowane będą aparaty zastępcze umożliwiające wykonanie wszystkich badań zgodnie z wymogiem SIWZ?

Odpowiedź 59

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia analizatorów „docelowych” w pakiecie nr 6 do 30 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy do tego czasu tj. najpóźniej do 21 dni po zawarciu umowy zainstalowane i uruchomione będą w jego laboratorium aparaty zastępcze umożliwiające Zamawiającemu wykonanie wszystkich badań zgodnie z wymogiem SIWZ.

Uwzględniając powyższe Zamawiający wprowadza modyfikację wzoru umowy w zakresie ust 1 pkt 4 § 7 WARUNKI REALIZACJI UMOWY zmieniając jego dotychczasową treść cytując:

1. Dostawa ;

- 4) wydzierżawionego immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up i / lub analizatora ELISA do badań immunochemicznych max do dwóch tygodni (14 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

zapisem o treści

2. Dostawa:

- 4) wydzierżawionego immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up do trzech tygodni (21 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30
 - a) Zamawiający wydłużenie czasu dostarczenia wymienionych w pkt 4 ust 1 analizatorów „docelowych” z 21 do 30 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem gdy do tego czasu tj. najpóźniej w 21 dniu po zawarciu umowy zainstalowane i uruchomione będą w jego laboratorium aparaty zastępcze umożliwiające Zamawiającemu wykonanie wszystkich badań zgodnie z wymogiem SIWZ.

5) wydzierżawionego analizatora ELISA do badań immunochemicznych max do trzech tygodni (21 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu 22

Czy w pakiecie nr 22 w warunkach dodatkowych dla podłoży, w punkcie 4 Zamawiający dopuści podłoża pakowane w szczelną folię po 10 sztuk i zaoferowanie 2 razy po 10 sztuk w pudełku kartonowym, w sumie po 20 płytek w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź 60

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowany powyżej sposób pakowania dostarczanych mu podłoży.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 22 w warunkach dodatkowych dla podłoży, w punkcie 7 wszystkie podłoża chromogenne posiadały odpowiednie certyfikaty kompatybilności z kasetami antybiotykowymi i identyfikacyjnymi z aparatem VITEK 2 Compact i czy należy dołączyć je do oferty?

Odpowiedź 61

Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 22 zgodnie z zapisami w warunkach dodatkowych dla podłoży, (pkt 7) wszystkie podłoża chromogenne posiadały odpowiednie certyfikaty kompatybilności z kasetami antybiotykowymi i identyfikacyjnymi z aparatem VITEK 2 Compact. Certyfikat potwierdzające ten fakt powinny być dostępne na w wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający poprzez **Zestaw próbkowo-filtrowy do przygotowywania próbek kału do badań parazytologicznych** wymaga próbek z wbudowanymi pionowymi, trójwymiarowymi filtrami: przesiewowym i tłuszczowym? (typu PARASEP SF lub równoważne) Filtry pionowe są w systemie stosowane w celu zapewnienia, że zagęszczany materiał nie osiada na sicie, ale jest filtrowany równomiernie w całej objętości próbki.

Odpowiedź 62

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści również taki produkt pod warunkiem, że całość zestawu przygotowana do wirowania nie przekracza 120 mm wysokości (jest to związane z możliwościami wirówki typ MPW 223e).

Pytanie nr 63 dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający w **pakiecie 18 – Zestawy parazytologiczne** wymaga próbek zawierających filtr tłuszczowy w postaci filtra – komory despersyjnej, do rozbijania kropeł tłuszczu podczas wirowania.

Odpowiedź 63

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści również taki produkt

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu 18

Czy zamawiający wymaga, aby długość elementu pobierającego (łyżeczka) była wystarczająca dla całkowitego zanurzenia pobranej próbki w odczynniku ?

Odpowiedź 64

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści również taki produkt

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu 18

Czy łyżeczka pobierająca materiał ma mieć długość minimum 7 cm, aby umożliwić pobranie materiału z każdego rodzaju dostarczanych do laboratorium pojemników na kał, z kilku miejsc wybranych przez Diagnostę, (zgodnie z procedurami badania kału), nawet z dna próbki jeżeli zajdzie taka potrzeba ?

Odpowiedź 65

Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuści również taki produkt

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu 18

Mając na uwadze długi czas i dużą ilość badań, jaką Zamawiający zamierza wykonać na mocy obecnego postępowania, prosimy Zamawiającego o żądanie obowiązkowego przesłania kilku próbek zestawów, celem potwierdzenia cech oferowanego produktu- takich jak wygoda i bezpieczeństwo pracy z próbkami, obecność filtrów, kompatybilność z posiadanymi wirówkami , wygląd (klarowność) uzyskanego preparatu, oraz zachowanie się próbki po barwieniu metodą Lugola .

Odpowiedź 66

Zamawiający nie stawia takich wymagań, uważając jednocześnie proponowane działania marketingowe za bardzo pożyteczne w okresie między – przetargowym.

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty niezależnych, międzynarodowych publikacji, potwierdzających wysoką wykrywalność uzyskaną przy zastosowaniu oferowanego produktu?

Odpowiedź 67

Zamawiający nie stawia takich wymagań, uważając jednocześnie proponowane działania marketingowe za bardzo pożyteczne w okresie między – przetargowym.

Pytanie nr 68 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź 68

Nie, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie i terminie wskazanym w rozdziale 6 ust. 6.4 lit k SIWZ tzn. zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu 17 opis przedmiotu zamówienia poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywów wysokości 70 mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź 69

Tak Zamawiający dopuści również zaoferowany powyżej statywów o wysokości 70 mm.

Pytanie nr 70 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. Pakietów 8 - 23):

Dotyczy § 3

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,*
- 2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,*
- 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?*

Odpowiedź 70

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 71 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. Pakietów 8 - 23):

Dotyczy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(...) w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 2 umowy” na „(...) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, której wartość całkowitą podano w § 2 umowy”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 6 ust. 1 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 72 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. Pakietów 8 - 23):

Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości „0,1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% wartości opóźnionego towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1 825 % wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź 72

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 73 dotyczy WZORU UMOWY 01/PN/18 (część V dot. Pakietów 8 - 23):

Dotyczy § 6 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie” lub obniżenie granicznej wartości kary?

Odpowiedź 73

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał dla Pakietu nr 1 aby wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź 74

Tak zgodnie w wymogiem (pkt 3) zamieszczonym pod tabelą odczynników i materiałów zużywalnych pakietu 1

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu 8 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie czy Wykonawca podaje ilość opakowań zaokrąglając je do pełnego opakowania w górę czy należy podać ilość opakowań dokładnie w odniesieniu do zamawianej ilości?

Odpowiedź 75

Zamawiający oczekuje złożenia zamówienia na faktyczną zamawianą ilość przedmiotowych nakłuwaczy.

UWAGA!!!!

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 8A uwzględniający zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Pytanie nr 76 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 8 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Przedmiotowe zmiany można wprowadzić do umowy

- w oparciu o ust 1 pkt 3 §7 WZOR UMOWY 01/PN/18 dot. dzierżawy sprzętu z dostawą odczynników
- w oparciu o ust 1 pkt 4 §8 WZOR UMOWY 01/PN/18a dot. dostawy odczynników

Pytanie nr 77 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź 77

Tak Zamawiający dopuszcza podwyższenie cen jednostkowych, które zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 1 WZORU UMOWY 01/PN/ 18A (część V dot. pakietów 8-23), może nastąpić jedynie w przypadku zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

Pytanie nr 78 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 79 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź 79

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 80 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź 80

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 81 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź 81

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 82 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odpowiedź 82

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 83 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź 83

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 84 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(...), jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie"?

Odpowiedź 84

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 85 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź 85

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 86 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź 86

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź 87

Tak Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji – pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przedmiotowej korespondencji w formie oryginału.

Pytanie nr 88 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź 88

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 89 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź 89

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 90 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź 90

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 91 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź 91

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 92 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź 92

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzorów umów.

Pytanie nr 93 dotyczy WZORU UMOWY 01A /PN/18 (część V dot. pakietów 8-23):

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy nie była mniejsza niż 80% wartości wskazanej w SIWZ?

Odpowiedź 93

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wskazaną w §8 ust 3 faktyczną zadeklarowaną na poziomie 70% wartość realizacji umowy.

Pytanie nr 94 dotyczy Pakiet 15 poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby parametr SHBG był oznaczany w kontroli do poz 11, która jest jednocześnie kontrolą do Prokalcytoniny?

jeśli tak to czy/ o ile ml należy zwiększyć zapotrzebowanie kontroli w po. 11?

Odpowiedź 94

Zamawiający wyraża zgodę na oznaczanie SHBG w kontroli z poz. 11 do oznaczania Prokalcytoniny. W związku z tym Zamawiający dopuści surowicę kontrolną do oznaczeń immunochemicznych (poz. 5.) bez parametru SHBG. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie ilości ml w poz. 11.

Pytanie nr 95 dotyczy Pakiet 15 poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odrębnej kontroli do anty TPO i witaminy D3 i rozszerzenie tabeli asortymentowej o dodatkowy wiersz?

Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie ile ml kontroli zmianowanej do anty TPO i witamin D3 Zamawiający wymaga?

Odpowiedź 95

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie nr 96 dotyczy Pakiet 15 poz 12

Ponieważ Zamawiający wpisał jako zapotrzebowanie 25 op, prosimy o odpowiedź które produkty Zamawiający wymaga aby zaoferować:

1. 4x9 ml Poziom 1
2. 4x9 ml poziom 2
3. 2x9 ml dwupoziomowa kontrola (w opakowaniu znajduje się po 1 fiołce każdego poziomu)

Odpowiedź 96

Zamawiający oczekuje 25 opakowań 4x9 ml materiału kontrolnego do OB o poziomie bliskim zakresowi referencyjnemu dla OB.

Pytanie nr 97 dotyczy Pakiet 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane oprogramowanie służyło do codziennego opracowania wyników kontroli jakości dla kontroli z oferty Wykonawcy ale również kontroli innych producentów, oraz dla kontroli Wykonawcy-kompatybilnych z programem- posiadało międzynarodowy system porównań międzylaboratoryjnych (ogólnoświatowy)?

Odpowiedź 97

TAK - Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy została uzupełniona o oprogramowanie pozwalające na codzienne opracowywanie wyników laboratoryjnej kontroli wewnętrznej w porównaniu do wyników innych użytkowników analogicznych kontroli, odczynników i aparatów (pkt. 2. Wymagań Dodatkowych).

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 8,9 oraz 12 na gwarancję i stałość numeru serii przez okres 12 miesięcy a na pozostałe 18 miesięcy?

Uzasadnienie: Komponenty do wytworzenia surowic kontrolnych, moczy kontrolnych oraz kontroli do OB. Nie pozwalają na to aby móc zagwarantować dłuższe terminy przydatności.

Odpowiedź 98

TAK - Zamawiający wyraża zgodę na gwarancję i stałość numeru serii przez okres 12 miesięcy dla produktów wymienionych w pozycji 8; 9 i 12 pakietu 15.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 30 dni?

Odpowiedź 99

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100 dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie treści pomiędzy tabelami i pozwole ją zespolić tak by tabela składała się poczynając od pozycji nr 1, a kończąc na pozycji nr 16 z czego pozostała treść będzie znajdowała się bezpośrednio nad formularzem cenowym?

Odpowiedź 100

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zespolenie TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH poczynając od pozycji nr 1, a kończąc na pozycji nr 16 z uwzględnieniem pozycji RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 15 + 16) w której poda ogólną jego wartość.

Pytanie nr 102 dotyczy Pakietu 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji nr 3 formularza asortymentowo-cenowego wymaga zaoferowania odpowiedniej ilości kart do wykonania 9000 prób zgodności oraz 20 500 badań przeglądowych przeciwciał?

Odpowiedź 101

Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania liczby kart potrzebnych do wykonania podanej liczby badań.

Pytanie nr 102 dotyczy Pakietu 4

Prosimy o podanie ilości tonerów jakie Zamawiający planuje zużyć przez okres 36 miesięcy?

Odpowiedź 102

Ilość tonerów uzależniona jest od ich wydajności i powiązana jest z modelem zaoferowanej przez Wykonawcę będącej przedmiotem dzierżawy drukarki wchodzącej w skład zaoferowanego urządzenia.

Zamawiający informuje, że pokrywająca jego potrzeby w tym zakresie, będąca obecnie wykorzystywana drukarka HP LJP 1606dn w okresie roku zużywa 4 tonery o wydajności ok 2100 stron każdy.

Pytanie nr 103 dotyczy Pakietu 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników krwinkowych oraz wrażliwych na temperaturę tj. odczynnik LISS przechowywanych w temperaturze 2-8 stopnia C odbywały się transportem monitorowanym pod względem temperatury, a przykładowy wydruk stanowił załącznik do oferty?

Odpowiedź 103

TAK - zgodnie z punktem 23. Tabeli Parametrów Wymaganych Zamawiający potwierdza wymaganie o transportach monitorowanych temperaturowo. Przykładowy wydruk temperatur transportu należy dołączyć do oferty

Pytanie nr 104 dotyczy Pakietu 4

Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w punkcie 21.4 wymaga podania innych klonów oraz wymaga jednego odczynnika wykrywającego odmianę DVI a drugiego który go nie wykrywa jak dla karty z wymogu 21.3 ponieważ tabela parametrów granicznych nie zawiera pozycji nr 22.3?

Odpowiedź 104

Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej w punkcie 21.4 Opisu Parametrów Wymaganych gdzie jest:

2 rodzaje kart dla potwierdzenia antygenów krwinkowych ABD zawierających firmowo naniesione odczynniki monoklonalne (muszą być inne niż w punkcie 22.3)

powinno być:

2 rodzaje kart dla potwierdzenia antygenów krwinkowych ABD zawierających firmowo naniesione odczynniki monoklonalne (muszą być inne niż w punkcie 21.3)

Pytanie nr 105 dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do kontroli dziennej pochodził od tego samego producenta co zaoferowana mikrometoda?

Odpowiedź 105

Zamawiający w punkcie 21.2 oczekuje zestawu kontrolnego tego samego producenta co oferowany mikrokolumnowy system immunohematologiczny.

Pytanie nr 106 dotyczy Pakietu 4

Zgodnie z wymogiem 13 parametrów wymaganych na jakim etapie postępowania przetargowego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji dotyczącej obsługi systemu i technik wykonywanych badań?

Odpowiedź 106

Instrukcje dotyczące obsługi systemu i technik wykonywanych badań Wykonawca dostarczy z chwilą zainstalowania i przekazania urządzeń do systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych Zamawiającemu.

Po zapoznaniu się z licznymi zapytaniami Wykonawców, Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z **19 marca 2018 r.** do godz. 10⁰⁰ na **19 marca 2018 r.** do godz. 10⁰⁰
otwarcia ofert z **26. marca 2018 r.** do godz. 10¹⁵ na **26. marca 2018r.** do godz. 10¹⁵

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.

UWAGA!

W załączeniu zmodyfikowane

- **PAKIETY 5A i 6A (sporządzone w Microsoft Word)**
- **PAKIETY 8A; 9A i 10A ((sporządzone w Excel)**

na których Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty.

Sporządzone

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.

mgr Andrzej Gottwald