



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 13.07.2018r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/18
NA ZADANIE PN.:**

„DOSTAWA NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ”

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie rozszerzadeł o średnicach 8 Fr, 10 Fr i 12 Fr.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie rozszerzadeł o średnicach 8 Fr, 10 Fr i 12 Fr.

Pytanie nr 2

Pakiet 8

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 8 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 400 cm, 450 cm lub 460 cm, końcówka prosta lub zagięta dla średnicy 0,035", końcówka o sztywności standardowej lub miękka dla średnicy 0,035".

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie prowadnic o długości 400 cm, 450 cm lub 460 cm, końcówka prosta lub zagięta dla średnicy 0,035", końcówka o sztywności standardowej lub miękka dla średnicy 0,035".

Pytanie nr 3

Pakiet 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie ustnika o rozmiarze 25 mm x 21 mm.

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie ustnika o rozmiarze 25 mm x 21 mm.

Pytanie nr 4

Pakiet 13

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,5 mm.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,5 mm.

Pytanie nr 5

Pakiet 13

Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm, długość igły 6 mm.

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm, długość igły 6 mm.

ZASTĘPICA

Piotr Jankowski

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.

all
Jankowski