



# SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 16.07.2018r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  
tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00  
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

**WSZYSCY WYKONAWCY**

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/18  
NA ZADANIE PN.:**

**„DOSTAWA NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ”**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 1, Poz. 3**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli zaoferować rozszerzadła do dróg żółciowych w średnicach 8Fr i 10 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 6**

Tak, zamawiający dopuści także rozszerzadła do dróg żółciowych w średnicach 8Fr i 10 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezę samorozprężalną, przelykową o śr. 20, 24, 28mm, aplikator o śr. 24Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 7**

Tak, zamawiający dopuści także protezę samorozprężalną, przelykową o śr. 20, 24, 28mm, aplikator o śr. 24Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 10, Poz.2**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych o średnicy 6/ 7/ 8mm, długość balonu 30 lub 55mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 8**

Tak, zamawiający dopuści także balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych o średnicy 6/ 7/ 8mm, długość balonu 30 lub 55mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 10, Poz. 3**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczotki cytologiczne o dł. 10mm, długości całkowitej 240cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 9**

Tak, zamawiający dopuści także szczotki cytologiczne o dł. 10mm, długości całkowitej 240cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego o minimalnej średnicy 3,7 mm?

**Odpowiedź nr 10**

Tak, zamawiający dopuści także zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego o minimalnej średnicy 3,7 mm.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 11, poz. 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał zaferowania klipsów kompatybilnych z klipsownicą z poz. 1 o długości ramion 7,5 i 9 mm o kącie rozwarcia 135 stopni (do wyboru) dla zapewnienia większych możliwości terapeutycznych w tamowaniu krwawień endoskopowych?

**Odpowiedź nr 11**

Tak, zamawiający dopuści także zaferowania klipsów kompatybilnych z klipsownicą z poz. 1 o długości ramion 7,5 i 9 mm o kącie rozwarcia 135 stopni (do wyboru) dla zapewnienia większych możliwości terapeutycznych w tamowaniu krwawień endoskopowych

ZASTĘPCA PREZESA

  
.....  
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.