



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 21.08.2018

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/18
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.”

Dotyczy: Pakiet nr 6 (lampa zabiegowa)

Pytanie nr 179

Czy zamawiający dopuści lampę o parametrze: Oświetlenie Ec 80 klux w odległości 0,5m.?

Odpowiedź nr 179

Nie, Zamawiający nie dopuści lampy o parametrze: Oświetlenie Ec 80 klux w odległości 0,5m.

Pytanie nr 180

Czy zamawiający dopuści lampę o parametrze: Temperatura barwowa 2 temp. 4500 K / 5000 K?

Odpowiedź nr 180

Tak, Zamawiający dopuści również lampę o parametrze: Temperatura barwowa 2 temp. 4500 K / 5000 K.

Pytania 181

Czy zamawiający dopuści lampę o parametrze: Maksymalna wysokość lampy 160 cm ?

Odpowiedź nr 181

Tak, Zamawiający dopuści również lampę o parametrze: Maksymalna wysokość lampy 160 cm?

ZASTĘPCA PREZESA

.....Piotr Trybański.....
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.

CU