



**SZPITAL MIEJSKI
W ZABRZU**

SM/DZ/2018/209

Zabrze 17 / 10 / 2018r.

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/18
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ
DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH**

**WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST 4 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowani krwi kontrolnej do wykonania kontroli na trzech poziomach dziennie w ilości uwzględniającej ważność fiolki na opakowaniu?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowani krwi kontrolnej do wykonania kontroli na trzech poziomach dziennie w ilości uwzględniającej ważność fiolki na opakowaniu

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga zaoferowania kontroli do płynów z jam ciała?

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający potwierdza, że nie wymaga zaoferowania kontroli do płynów z jam ciała

Pytanie nr 3

Czy podana przez Zamawiającego ilość badań uwzględnia badania kontrolne i ewentualne powtórki?

Odpowiedź 3

Tak, podana przez Zamawiającego ilość badań uwzględnia badania kontrolne i ewentualne powtórki

Pytanie nr 4

Czy podana przez Zamawiającego wymagana liniowość dla WBC i innych parametrów dotyczy próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia?

Odpowiedź 4

Tak, podana przez Zamawiającego wymagana liniowość dla WBC i innych parametrów dotyczy próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia.

Pytanie nr 5 – do wzoru umowy

§4 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź 5

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy w związku z tym rozszerza dotychczasowy zapis §4 ust 2 pkt 1 wzoru umowy o zaproponowany powyżej tekst.

Tym samym treść zapisu §4 ust 2 pkt 1 ulega zmianie z;

2. Dostawa;

- 1) odczynników i materiałów zużywalnych do dzierżawionego; analizatora hematologicznego będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy, w drodze okresowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawa nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

na;

2. Dostawa;

- 1) odczynników i materiałów zużywalnych do dzierżawionego; analizatora hematologicznego będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy, w drodze okresowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawa nastąpi transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej 4 w Zabrze w godzinach od 7:30 do 14:30

Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników i materiałów zużywalnych to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy

Pytanie nr 6 – do wzoru umowy

§4: *Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:*

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 7 – do wzoru umowy

§5 ust. 1: *Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.” wyrażeniem „w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.*

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 8 – do wzoru umowy

§5: *Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:*

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 9 – do wzoru umowy

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy

Pytanie nr 10 – do wzoru umowy

§6 ust. 1: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto wskazanej w §2 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 11 – do wzoru umowy

§6 ust. 1 i ust. 2 lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 12 – do wzoru umowy

§6 ust. 2 lit. a) i b): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 13 – do wzoru umowy

§6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 14 – do wzoru umowy

§6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy”.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 15 – do wzoru umowy

§8 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia na Towar w zakresie rzeczowym i ilościowym, w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź 15

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy w związku z tym, gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na minimalnym poziomie 80 % w stosunku do ilości określonej w SIWZ. Uwzględniając powyższe Zamawiający wprowadza modyfikację wzoru umowy w zakresie ust 3 § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE zmieniając jego dotychczasową treść cytując:

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części, a wykonawca nie nabywa roszczeń z tego tytułu.

zapisem o treści

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 80 % ilości wskazanej w SIWZ. Wykonawca nie nabywa w stosunku do zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
mgr. Andrzej Gottwald
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.

TOMASZ WÓJKOWSKI
RADCA PRAWNY
KT 2311