



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, dnia 19/04/2019r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax sekretariat (32) 277-61-00
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/19

DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OBUWIA OPERACYJNEGO

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 i 13: Opis kontenera przedstawiony w powyższych pakietach umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednej firmie, co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności. W związku z czym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kontenera sterylizacyjnego bez automatycznego systemu plombowania, posiadającego znaczniki kolorystyczne w formie tabliczek identyfikacyjnych (7 kolorów do wyboru). Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ, gdyż kontener sterylizacyjny bezfiltrowy, z automatycznym systemem plombowania stanowi bezpieczeństwo dla użytkownika oraz pewność i powtarzalność procesu sterylizacji, wykluczając błąd ludzki.

Dzięki temu systemowi jest możliwość identyfikacji zestawów, które przeszły prawidłowy proces sterylizacji. Wbudowany znacznik procesu sterylizacji jest tańszy w eksploatacji w stosunku do każdorazowego stosowania jednorazowych plomb ze znacznikami.

Bariera mikrobiologiczna na nieograniczoną liczbę sterylizacji jest szeroko stosowana u wielu producentów.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak z łopatką 45x60 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22, lub 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 8, poz. 4 i 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna KOCHER OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 8, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na spiralę dł. 16,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 8, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podważkę dł. 23 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak z łopatką 115x65 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 10, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak z łopatką 130x38 mm dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 10, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 26 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 10, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 10, poz. 7 do poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 31 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 10, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 10, poz. 21: Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w ww. pozycji nie doszło do omyłki, lub podać numer referencyjny/zdjęcie wymaganego narzędzia.

Odpowiedź nr 13

Pakiet nr 10, poz. 21 wpisując złączka metalowa, Zamawiający ma na myśli łącznik luer/record.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 10, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki kąt 45 st., dł. 19 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 10, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 23 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający **dopuszcza również** możliwość zaoferowania kleszczyków dł. 23 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 10, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę nazwa własna QUINKE, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 10, poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 10, poz. 34 i 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 22 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 10, poz. 41: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 10, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 20 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 22, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obuwie przystosowane do myjek o tem. 85 st., pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający dopuści również obuwie przystosowane do myjek o tem. 85 st., pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 22**Dotyczy zadania nr 15 :**

Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory 146 litów, przy zapewnieniu, że urządzenie spełniania wielkości załadunkową komory 8 tac?

Odpowiedź nr 22

Tak Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie przy zachowaniu wymogu „kosz do obuwia pozwalający na mycie min. 10 par butów”

Pytanie nr 23**Dotyczy pkt.14 specyfikacji**

Czy Zamawiający ma na myśli obudowę zewnętrzną ? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjni, której komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonana jest ze stali 316L ,natomiast obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana jest ze stali 304 ? Uzasadnienie: obudowa wszystkich myjni medycyny wykonana jest ze stali nierdzewnej 304.

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuści również możliwość zaoferowania myjni, której komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonana jest ze stali 316L, natomiast obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana jest ze stali 304.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści wyświetlacz LED zawierający 1 linijkę tekstowych informacji oraz 2 linijki z ikonami dotyczącymi statusu urządzenia i błędów. uzasadnienie: dzięki podświetlanym ikonom użytkownik ma możliwość łatwiejszego rozpoznania np. komunikatu o braku soli , niż przeglądanie instrukcji obsługi z kodem błędu , który wyświetla się przy zastosowaniu wyświetlacza LCD?

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuści również możliwość zaoferowania myjni z wyświetlaczem LED zawierającym 1 linijkę tekstowych informacji oraz 2 linijki z ikonami dotyczącymi statusu urządzenia i błędów.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjni z 16 programami mycia , w tym 9 fabrycznymi oraz 6 do ustawienia przez użytkownika ? . Uzasadnienie: ze specyfikacji wynika ,że myjnia ma być wykorzystywana do

Jędrzej

mycia-dezynfekcji tylko obuwia operacyjnego , w związku z czym ilość programów w myjni nie ma znaczenia. Poza tym nawet gdyby Zamawiający chciał wykorzystywać myjnię do innych celów to ma możliwość , ustawienia nawet własnych programów.

Odpowiedź nr 25

Tak, Zamawiający dopuści również możliwość zaoferowania myjni z 16 programami mycia, w tym 9 fabrycznymi oraz 6 do ustawienia przez użytkownika.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający posiada przygotowane media do podłączenia urządzenia tj. woda ciepła i zimna , woda demineralizowana , kanalizacja zgodnie z wymaganiami- opisanymi w pkt11 specyfikacji ?

Odpowiedź nr 26

W pkt 11 Zamawiający wymaga możliwości podłączenia, obecnie Zamawiający dysponuje wodą zimną uzdatnioną, wodą ciepłą, przyłączem elektrycznym i odpływem.

Pytanie nr 27

Pytanie 1 do pakiet 24 punkt 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą możliwość rozbudowy o kolejną przystawkę tego samego producenta lub innych producentów, umożliwiającą wykonywanie zabiegów za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnieniem. Przystawka posiada możliwość umieszczenia na jednym wózku z diatermią oraz podłączenia końcówek do preparowania jałowym strumieniem wody i prądem.

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający dopuści również diatermię posiadającą możliwość rozbudowy o kolejną przystawkę tego samego producenta lub innych producentów, umożliwiającą wykonywanie zabiegów za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnieniem.

Pytanie nr 28

Pytanie 2 do pakiet 24 punkt 3

Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza 9" ?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 29

Pytanie 3 do pakiet 24 punkt 4

Wykonawca prosi o dopuszczenie rozwiązania, w którym możliwe jest tworzenie co najmniej 400 programów zapisanych pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim, z których to najczęściej używane mogą być przeniesione do menu „ULUBIONE”, łatwo dostępne bezpośrednio z pulpitu . Wybrane przez lekarza programy mogą także zostać skopiowane na pamięć zewnętrzną i w dowolnym momencie niezależnie wczytane do urządzenia.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 30**Pytanie 4 do pakiet 24 punkt 6**

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”

- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 2szt.
- elektrody neutralnej - 1szt.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 31**Pytanie 5 do pakiet 24 punkt 7**

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w 2 uniwersalne gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 28mm, wtykiem typu- 3 pin oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm (ERBE)?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 32**Pytanie 6 do pakiet 24 punkt 9**

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”

- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 2szt.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 33**Pytanie 7 do pakiet 24 punkt 10**

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki płaskiej z 2 bolcami (standard Valleylab) ?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuści również diatermię wyposażoną w gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki płaskiej z 2 bolcami (standard Valleylab).

Pytanie nr 34**Pytanie 8 do pakiet 24 punkt 11**

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wymiany gniazd przyłączeniowych (zmiana konfiguracji gniazd). Wykonawca zwraca uwagę, że z uwagi na to , że diatermia pracuje w zakresach wysokich częstotliwości i wysokich napięć wymiana taka ze względu na bezpieczeństwo pracy aparatu oraz gwarancję prawidłowości wykonania takiej wymiany powinna być wykonana przez wykwalifikowaną, uprawnioną do takich czynności osobę, najlepiej przez autoryzowanego serwisanta.

Odpowiedź nr 34

Tak, Zamawiający dopuści również diatermię z możliwością wymiany gniazd przyłączeniowych (zmiana konfiguracji gniazd).

Pytanie nr 35**Pytanie 9 do pakiet 24 punkt 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię, w której moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana jest do 250W ?. Wykonawca uważa, że wartość oferowanego przez niego parametru jest lepsza od opisanego przez Zamawiającego ponieważ nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w diatermii, którą ma zamiar zaoferować Wykonawca pozwalają na skuteczne realizowanie procedur chirurgicznych z zastosowaniem cięcia bipolarnego także realizowanego w środowisku płynnym przy niższej mocy niż niektóre diatermie konkurencji.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 36**Pytanie 10 do pakiet 24 punkt 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: standard, mikro , suche, laparoscopia ... ?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 37**Pytanie 11 do pakiet 24 punkt 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: standard i nożyczki bipolarne ?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 38**Pytanie 12 do pakiet 24 punkt 18**

Czy Zamawiający dopuści diatermię w której, moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej w trybach standardowych nie mniejsza niż 120 W.

W trybach specjalnych:

- monopolarne:

- forsowna nietnąca - 80W
- tryby kardio - 60W
- gastro cut - 50W

- bipolarne:

- mikro - 40W

Odpowiedź nr 38

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 39

Pytanie 13 do pakiet 24 punkt 21

Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowana diatermia miała możliwość jednoczesowej koagulacji przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych lub bipolarnych, w trybie koagulacji bipolarnej parametry pracy podłączonych instrumentów regulowane niezależnie.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 40

Pytanie 14 do pakietu 24 punkt 23

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji bipolarnej ?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 41

Pytanie 15 do pakietu 24 punkt 27

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie lub dedykowany przycisk na ekranie dotykowym. Wykonawca uważa, że stosowanie funkcji „Auto Start” w aktywacji procedury zamykania dużych naczyń stwarza ryzyko przedwczesnej (jeszcze przed dokładnym spozycjonowaniem i zamknięciem narzędzia w szczególności laparoskopowego) aktywacji, tym samym stwarza ryzyko niekontrolowanej koagulacji.

Odpowiedź nr 41

Tak, Zamawiający dopuści również diatermię z możliwością wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie lub dedykowany przycisk na ekranie dotykowym.

Pytanie nr 42

Pytanie 16 do pakietu 24 punkty 28 i 29

Czy Zamawiający dopuści diatermię w której program do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do:

- resekcja bipolarna cięcie regulowana automatycznie do 350W z funkcją nacinania 860W
- resekcja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 350W
- waporyzacja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 250W
- waporyzacja bipolarna cięcie regulowana automatycznie do 400W ?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 43

Pytanie 17 do pakietu 24 punkty 32, 33 i 34

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system stałej kontroli aplikacji elektrody neutralne dwudzielnej oraz system bezpieczeństwa nadzorujący jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta, mierzący rezystancję tkanki pacjenta z częstotliwością 44 kHz i na tej podstawie ustawiający między innymi

aktualne parametry pracy diatermii, sygnalizujący graficznie a wypadku takiej potrzeby także cyfrowo jakość i wielkość rezystancji połączenia elektroda – skóra pacjenta ?

Odpowiedź nr 43

Tak, Zamawiający dopuści również diatermię wyposażoną w system stałej kontroli aplikacji elektrody neutralne dwudzielnej oraz system bezpieczeństwa nadzorujący jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta, mierzący rezystancję tkanki pacjenta z częstotliwością 44 kHz i na tej podstawie ustawiający między innymi aktualne parametry pracy diatermii, sygnalizujący graficznie a wypadku takiej potrzeby także cyfrowo jakość i wielkość rezystancji połączenia elektroda – skóra pacjenta.

Pytanie nr 44

Pytanie 18 do pakietu 24 punkt 36

Czy Zamawiający dopuści przystawkę argonową wyposażoną w 1 gniazdo argonowe , pozostałe gniazda monopolarne, bipolarne i elektrody neutralnej zainstalowane są na panelu diatermii. Po zainstalowaniu przystawki argonowej wraz z diatermią urządzenia tworzą jeden system w pełni sterowany z panelu diatermii ?

Odpowiedź nr 44

Tak, Zamawiający dopuści również przystawkę argonową wyposażoną w 1 gniazdo argonowe, pozostałe gniazda monopolarne, bipolarne i elektrody neutralnej zainstalowane są na panelu diatermii.

Pytanie nr 45

Pytanie 19 do pakietu 24 punkt 37

Czy Zamawiający dopuści przystawkę argonową wyposażoną w 1 gniazdo argonowe obsługujące instrumenty argonowe z możliwością zainstalowania filtra?

Odpowiedź nr 45

Tak, Zamawiający dopuści również przystawkę argonową wyposażoną w 1 gniazdo argonowe obsługujące instrumenty argonowe z możliwością zainstalowania filtra.

Pytanie nr 46

Pytanie 20 do pakietu 24 punkty 40 i 41

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym poziom napełnienia butli gazowych podawany jest na ekranie głównym diatermii w trybie graficznym ?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 47

Pytanie 21 do pakietu 24 punkt 43

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zastosowano jeden uniwersalny tryb monopolarnego cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką ?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 48

Pytanie 22 do pakietu 24 punkt 44

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zastosowano jeden uniwersalny tryb monopolarnej koagulacji w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką ?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 49

Pytanie 23 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aplikator sztywny do argonu , kompletny , długość 370mm , wielorazowego użytku , z wysuwaną elektrodą szpatułkową ?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 50

Pytanie 24 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania instrument wielorazowy kompletny do zamykania naczyń, szczęki zakrzywione , do zabiegów ginekologicznych długość min. 200 mm?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 51

Pytanie 25 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z 2 przyciskami wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4m ?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 52

Pytanie 26 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę szpatułkową prostą 2,6x13mm dł. z zakresu 110-130mm?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 53

Pytanie 27 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową 2,5x24mm o długości 66mm ?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 54

Pytanie 28 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę lancetową zagiętą 3,5x28mm, długość części roboczej 110mm ?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 55

Pytanie 29 do pakietu 24 WYPOSAŻENIE punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę szpatułkową zagiętą 3x28mm o długości 62mm ?

główny

Odpowiedź nr 55

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 56

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 8- zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów w zakresie ginekologii

Poz.1) Hak o wym. 45x75mm i dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian lub hak o wym. 40x60mm i dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Kleszcze o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze Crafford (Coller) o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Spirala o śr. 29mm i dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7) Podważka o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 56

Ad. Poz.1) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.3) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.6) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.7) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 10- zestaw narzędzi specjalistycznych w chirurgii ogólnej

Poz.1) Hak o dł. 230mm i wym. 115x65mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Hak o dł. 250mm o wym. 125x37mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4) Imadło o dł. 240mm lub 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Kleszcze o dł. 250mm lub 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) Rozszerzacz o dł. 300mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.17,18) Zgłębnik o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.19) Igła o dł. 175mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.20) Kleszczyki o dł. 205mmi szer. okienka 15mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszczyki o dł. 200mm i szer. okienka 20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.21) Czy Zamawiający może wyjaśnić o jaką złączkę metalową chodzi, podać przykładowy numer katalogowy wiodącego producenta?

Poz.21) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Poz.22) Nożyczki o dł. 190mm, ostrze kątowe 45°, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.24) Kleszczyki o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.25) Kaniuła o śr.2,1mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.29) Igła o wym.1,3x80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.30) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.32) Kleszczyki bez nazwy własnej, atraumatyczne o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.33,34) Hak o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.35) Czy Zamawiający wymaga tego samego narzędzia co w poz. 34 ?

Poz.36) Kleszcze o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.38) Czy Zamawiający wymaga tego samego narzędzia co w poz. 37 ?

Poz.41) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.42) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.43) Klem o nazwie własnej Potts-Smith, identyczne z wymaganym.

Poz.44) Klem Debakey „AT” o dł. 230mm, identyczne z wymaganym.

Odpowiedź nr 57

Ad. Poz.1) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.2) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania hak o dł. 250mm pozostałe parametry zgodnie z opisem w SIWZ

Ad. Poz.4) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania imadła o dł. 260mm pozostałe parametry zgodnie z opisem w SIWZ

Ad. Poz.6) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.17,18) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.19) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.20) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania kleszczyki o dł. 205mm i szer. okienka 15mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszczyki o dł. 200mm i szer. okienka 20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.21) wpisując złączka metalowa, Zamawiający ma na myśli łącznik luer/record.

Ad. Poz.21) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.22) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.24) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.25) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.29) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania igły o wym.1,3x80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.30) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania kleszczyków o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.32) Tak, Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania kleszczyków bez nazwy własnej, atraumatyczne o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.35) Tak, Zamawiający wymaga tego samego narzędzia co w poz. 34.

Ad. Poz.36) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.38) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.41) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.42) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.43) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.44) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 17

Poz.1) Rama o wym. 275x250mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Łyżka o wym. 45x57mm lub 75x65mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 58

Ad. Poz. 1) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.2) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 18- zestaw narzędzi chirurgicznych do chromotubacji

Poz.1) Klem o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Kleszcze o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Kleszcze o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4) Wziernik o wym. 40x90xmm i 33x90mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 59

Ad. Poz.1) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.2) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.3) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Ad. Poz.4) Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 60

Poz.11,12) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając kleszczyków Kocher o ząbkach 2:2 zamiast 1:2?

Poz.20) Imadło o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.21) Imadło po wewnętrznej stronie ryflowane krzyżowo, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.22) Kleszcze o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.24) Kleszcze Wolf-Boehler o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.25) Kleszczyki o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 60

Ad. Poz.11,12) Zamawiający wymaga kleszczyków Kocher o ząbkach 1:2

Ad. Poz.20) Zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania imadła o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.21) Zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania imadła po wewnętrznej stronie ryflowane krzyżowo, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.22) Zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania kleszczyków o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.24) Zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania kleszczyków Wolf-Boehler o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. Poz.25) Zamawiający dopuszcza również możliwość zaferowania kleszczyków o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 2** tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 3** nożyczki preparacyjne JOSEPH o długości 140 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 11** Kleszczyki Micro Mosquito o dł. 125 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 13** haczyk Langenbeck mini 10 x 6 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 14** haczyk Langenbeck mini 17 x 5 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz. 25** pojemnik o wymiarach 297 x 274 x 123 mm ?

Odpowiedź nr 61

W pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 4 pęsetę chirurgiczną o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 9 hak FRITSCH o wymiarach 45x60 mm dł. 240 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 9 hak FRITSCH o wymiarach 43x51 mm dł. 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 14 kleszcze o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 15 kleszcze o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 16 kleszcze o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 17 kleszcze o długości 180 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 18 kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 20 kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 23 kleszcze o długości 210 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 25 kleszcze o długości 260 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 29 kleszcze o długości 150 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 31 imadło o długości 180 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 31 imadło o długości 260 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 35 nożyczki o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 38 kleszcze o długości 140 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 41 pojemnik o wymiarach 585 x 274 x 188 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 41 pojemnik o wymiarach 585 x 278 x 155 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 42 tacę kontenera o wymiarach 535 x 250 x 70 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 4 poz. 43 mata silikonowa do tacy o wymiarach 545 x 255 mm ?

Odpowiedź nr 62

W pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 4 trzonek o długości 210 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 6 pęsetę chirurgiczną o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 9 pudełko metalowe okrągłe o wymiarach \varnothing 65 x 15 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 11 wziernik KALLMORGEN fig 2 zestaw łopatką 90 x 40 mm i 90 x 33 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 11 wziernik KALLMORGEN fig. 1 zestaw łopatką 70 x 40 mm i 70 x 33 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 15 kleszcze o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 19 kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 5 poz. 21 kleszcze preparacyjne o długości 210 mm ?

Archiwum

- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 24** kleszcze o długości 250 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 31** nożyczki o długości 200 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 33** nożyczki o długości 225 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 37** kleszcze o długości 215 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 39** pojemnik o wymiarach 585 x 274 x 188 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 39** pojemnik o wymiarach 585 x 278 x 155 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 40** tacę kontenera o wymiarach 535 x 250 x 70 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 5 poz. 41** matę silikonowa do tacy o wymiarach 545 x 255 mm ?

Odpowiedź nr 63

W pakiecie nr 5 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6** tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 4** trzonek o długości 210 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 7** wziernik KALLMORGEN fig 2 zestaw łopatką 90 x 40 mm i 90 x 33 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 10** kleszcze naczyniowe o długości 180 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 12** kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 14** kleszcze o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 16** imadło o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 53-62** skrobaczkę o długości 31 cm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 64** kleszcze o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 65** pojemnik o wymiarach 585 x 274 x 188 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 65** pojemnik o wymiarach 585 x 278 x 155 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 66** tacę kontenera o wymiarach 535 x 250 x 30 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 67** tacę kontenera o wymiarach 535 x 250 x 70 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 6 poz. 68** matę silikonowa do tacy o wymiarach 545 x 255 mm ?

Odpowiedź nr 64

W pakiecie nr 6 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 7** tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 7 poz. 3** trzonek o długości 210 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 6** kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 8** kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 9** imadło o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 7 poz. 10** nożyczki o długości 145 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 7 poz. 12** pojemnik o wymiarach 297 x 274 x 123 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 7 poz. 13** tacę kontenera o wymiarach 250 x 240 x 50 mm ?

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 7 poz.14** matę silikonowa do tacy o wymiarach 220 x 230 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 7 poz.14 matę silikonowa do tacy o wymiarach 230 x 380 mm , z możliwością przycinania ?

Odpowiedź nr 65

W pakiecie nr 7 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 1 hak Fritsch o wymiarach 49 x 61 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 1 hak Fritsch o wymiarach 45 x 60 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 3 kleszcze naczyniowe o długości 225 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 3 kleszcze naczyniowe o długości 240 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 6 spirale Doyen o długości 170 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 8 poz. 7 kleszcze naczyniowe o długości 230 mm ?

Odpowiedź nr 66

W pakiecie nr 8 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 3 nożyczki o długości 200 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 7 kleszcze o długości 210 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 9 kleszcze o długości 160 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 10 imadło o długości 180 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 12 pojemnik o wymiarach 297 x 274 x 123 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz. 13 tacę kontenera o wymiarach 250 x 240 x 50 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz.14 matę silikonowa do tacy o wymiarach 220 x 230 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 9 poz.14 matę silikonowa do tacy o wymiarach 230 x 380 mm , z możliwością przycinania ?

Odpowiedź nr 67

W pakiecie nr 9 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 10 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź nr 68

W pakiecie nr 10 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 12 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź nr 69

W pakiecie nr 12 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 13 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź nr 70

W pakiecie nr 13 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 18 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 18 poz. 1 klem o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 18 poz. 3 kleszcze o długości 250 mm ?

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 18 poz. 4 wziernik o wymiarach 90 x 40 mm i 90 x 33 mm ?

Odpowiedź nr 71

W pakiecie nr 18 Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 19 tolerancje długości narzędzi +/-10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź nr 72

W pakiecie nr 19 Zamawiający dopuści również tolerancje długości narzędzi +/-10 mm.

Pytanie nr 73

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i stosować będą kary umowne:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, przysługującego Wykonawcy za opóźniony w wykonaniu/ reklamowany przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu/ reklamowanego przedmiotu umowy;
 - b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odpowiedź nr 73

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 a) i b).

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 buty operacyjne z anatomicznie wyprofilowaną powierzchnią styku ze stopą w części palców i śródstopi, bez wyprofilowanej wyściółki i wkładki masującej oraz bez paska?

Oferowane obuwie jest najwyższej jakości, co sprawia, że może być długo użytkowane oraz zapewnia maksymalny komfort pracy.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści obuwie w rozmiarach: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści obuwie podlegające myciu i dezynfekcji w temp. 85 st. C, nie podlegające sterylizacji?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 77

Zamawiający wymaga w Pakiecie 22 obuwia będącego wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści obuwie będące wyrobem ochronnym, posiadające deklarację CE dla wyrobu ochronnego? Oferowane obuwie jest zgodne z normą PN-EN ISO 20347 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe.

Odpowiedź nr 77

Tak, Zamawiający dopuści obuwie będące wyrobem ochronnym, posiadające deklarację CE dla wyrobu ochronnego.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne z Pakietu nr 22 posiadało wytłoczone rozmiary na pięcie w celu łatwej identyfikacji rozmiarów?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wytłoczone rozmiary na pięcie.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne z Pakietu nr 22 posiadało gwarancję używania na co najmniej 5 lat?. W przypadku wymogu dostarczenia obuwia odpornego na ścieranie Wykonawcy powinni zagwarantować również wydłużony okres gwarancji używania.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby obuwie operacyjne posiadało gwarancję używania na co najmniej 5 lat.

Z poważaniem
ZASTĘPCA PREZESA


Piotr Trybański

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzcu Sp. z o. o.

Handwritten mark