



Zabrze, dnia 24.10.2019r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE
tel./fax. sekretariat 32 271-61-02
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel. 32 277-61-24.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/19 NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO DETEKCJI WĘZŁA WARTOWNICZEGO- DETEKTORA PROMIENIOWANIA GAMMA.

Pytanie 1

W tabeli Parametry Wymagane w punkcie nr 4 cyt. „zakres mierzonych energii 27-364 keV”
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wykonującego pomiary w zakresie energii 25-600 keV.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie wykonujące pomiary w zakresie energii 25-600 keV.

Pytanie 2

W tabeli Parametry Wymagane w punkcie nr 5 cyt. „Sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa, liczbowa, na wyświetlaczu słupkowym.”

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z sygnalizacją dźwiękową i liczbową bez wyświetlacza słupkowego. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość regulacji głośności od całkowitego wyciszenia a także wybór jednego z trzech dedykowanych barw dźwięku. Sygnalizacja liczbowa wyświetla wartość maksymalną oraz wartość chwilową.

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z sygnalizacją dźwiękową i liczbową bez wyświetlacza słupkowego

Pytanie 3

W tabeli Parametry Wymagane w punkcie nr 7 cyt. „Sonda bezprzewodowa osiowo prosta na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 9mm”. Prosimy o dopuszczenie sondy bezprzewodowej osiowo prostej na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy z kolimatorem 15 mm. W opisanym urządzeniu zastosowano wzmocniony kolimator o większej średnicy który znacznie polepsza precyzję zliczeń przez odcinanie fałszywych zliczeń tła.

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie dopuści sondy bezprzewodowej osiowo prostej na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy z kolimatorem 15 mm.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem.

Pytanie 4

W tabeli Parametry Wymagane w punkcie nr 7 cyt. „Okres gwarancji dla całego systemu 12 miesięcy”.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia – zestawu z okresem gwarancji 24 miesiące.

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie – zestaw z okresem gwarancji 24 miesiące

ZASTĘPCA PREZESA



Piotr Trybański

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.

