



Zabrze, dnia 26.07.2019r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00

Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/19

DOSTAWA NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

nr pytania/ odp	Pakiet, pozycja, której pytanie dotyczy	Treść pytania / odpowiedzi	
1	Warunki umowy pakiet 1-7 § 3 ust. 2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „... , lub nienależytego wykonania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 2 wzoru umowy
2	Warunki umowy pakiet 1-7 § 3 ust. 3	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 3 wzoru umowy
3	Warunki umowy pakiet 1-7 § 4 ust.2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „... , w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy
4	Warunki umowy pakiet 1-7 § 4 ust.4	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „... , w terminie do 6 dni roboczych od daty dostarczenia umowy do Wykonawcy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 4 wzoru umowy
5	Warunki umowy pakiet 1-7 § 4 ust. 10	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „... w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 10 wzoru umowy
6	Warunki umowy pakiet 1-7 § 5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 wzoru umowy
7	Warunki umowy pakiet 1-7 § 5 ust. 3	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Faktury za zrealizowane dostawy wystawiane będą przez Wykonawcę sukcesywnie po częściowej /określone dostawie partii towaru”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 3 wzoru umowy
8	Warunki umowy pakiet 1-7 § 5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 wzoru umowy



9	Warunki umowy pakiet 1-7 § 6 ust. 1c	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1c wzoru umowy
10	Warunki umowy pakiet 1-7 § 6 ust. 1d	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niewykorzystanej kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1d wzoru umowy
11	Warunki umowy pakiet 1-7 § 8 ust.2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „... , że faktycznie zamówienie nie będzie mniejsze aniżeli 70% wartości umowy”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 2 wzoru umowy
12	Warunki umowy pakiet 1-7 § 8 ust.5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzycelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzycelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzycelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 5 wzoru umowy
13	Warunki umowy pakiet 8-14 § 3 ust. 2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „... , lub nienależytego wykonania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 2 wzoru umowy
14	Warunki umowy pakiet 8-14 § 3 ust. 3	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 3 wzoru umowy
15	Warunki umowy pakiet 8-14 § 4 ust.2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „... , w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy
16	Warunki umowy pakiet 8-14 § 4 ust.10	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „... w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 10 wzoru umowy
17	Warunki umowy pakiet 8-14 § 5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 wzoru umowy
18	Warunki umowy pakiet 8-14 § 5 ust. 3	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Faktury za zrealizowane dostawy wystawiane będą przez Wykonawcę sukcesywnie po częściowej /określonej dostawie partii towaru”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 3 wzoru umowy
19	Warunki umowy pakiet 8-14 § 5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 wzoru umowy
20	Warunki umowy pakiet 8-14 § 6 ust. 1c	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?
		Odpowiedź	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1c wzoru umowy



21	Warunki umowy pakiet 8-14 § 6 ust. 1d	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niewykorzystanej kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”?
		Odpowiedź	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1d wzoru umowy</b>
22	Warunki umowy pakiet 8-14 § 8 ust.2	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „... , że faktycznie zamówienie nie będzie mniejsze aniżeli 70% wartości umowy”?
		Odpowiedź	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 2 wzoru umowy</b>
23	Warunki umowy pakiet 8-14 § 8 ust.5	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
		Odpowiedź	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 5 wzoru umowy</b>
24	Pakiet nr 4D	Pytanie	Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści kosze o śr. tubusu 2,3 mm i średnicach kosza 15, 20, 25 (zamiast o śr. tubusu 2,4 mm i średnicach kosza 10, 20, 30, 40 mm)
		Odpowiedź	<b>Nie, Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.</b>
25	Pakiet nr 14	Pytanie	Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści igły o śr. 0,7 mm i długościach 4, 5 i 6 mm (zamiast 0,7 mm i 0,6 mm oraz dł. 4 i 6 mm)?
		Odpowiedź	<b>Tak, Zamawiający w poz. 7 dopuści również igły o śr. 0,7 mm i długościach 4, 5 i 6 mm (zamiast 0,7 mm i 0,6 mm oraz dł. 4 i 6 mm).</b>
26	Wzór umowy pakiet 2D	Pytanie	W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzi wielorazowego użytku prosimy o dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści: "W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w zakresie pakietu 2D, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w § 6 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. "?
		Odpowiedź	<b>Zamawiający dodaje do wzoru umowy zapis: "W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w zakresie pakietu ... , bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w § 6 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. "</b>
27	pakiet nr 2D, poz.2	Pytanie	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego o minimalnej średnicy 3,7 mm?
		Odpowiedź	<b>Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego o minimalnej średnicy 3,7 mm.</b>
28	Wzór umowy pakiet 2D § 6 ust. 1a	Pytanie	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto dostawy jednostkowej lub wadliwych wyrobów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
		Odpowiedź	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 1a wzoru umowy</b>
29	Pakiet nr 5D	Pytanie	Czy Zamawiający dopuści: Samorozprężalne stenty do protezowania dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy max 10F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
		Odpowiedź	<b>Tak, Zamawiający dopuści również: Samorozprężalne stenty do protezowania dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy max 10F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</b>
30	Pakiet nr 7D	Pytanie	Czy Zamawiający dopuści: Poz. 1 Balony do usuwania złożeń z dróg żółciowych, z możliwością napełnienia balonu do średnic 9/12/15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Poz. 3 Szczotki do cytologii jednorazowego użytku, długość szczotki co najmniej 10 mm, średnica 2,4mm, 3mm i 4mm, długość cewnika 120 lub 240cm, średnica cewnika 1,8 lub 2.3mm. Szczotka zakończona plastikową kulką ochronną.
		Odpowiedź	<b>Tak, Zamawiający dopuści również : Poz. 1. Balony do usuwania złożeń z dróg żółciowych, z możliwością napełnienia balonu do średnic 9/12/15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Poz. 3. Szczotki do cytologii jednorazowego użytku, długość szczotki co najmniej 10 mm, średnica 2,4mm, 3mm i 4mm, długość cewnika 120 lub 240cm, średnica cewnika 1,8 lub 2.3mm. Szczotka zakończona plastikową kulką ochronną.</b>



31	Pakiet nr 11	Pytanie	Czy Zamawiający dopuści proteza samorozprężalna, przelykowa o dł. od 80 do 140mm, 10 znaczników, aplikator o dł. min.700 mm, śr. 8mm/24 F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
		Odpowiedź	<b>Tak, Zamawiający dopuści również protezę samorozprężalną, przelykową o dł. od 80 do 140mm, 10 znaczników, aplikator o dł. min.700 mm, śr. 8mm/24 F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</b>
32	Pakiet nr 12	Pytanie	Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycję 3 i dopuści klipsownica jednorazowa , szerokość rozwarcia klipsa 12 lub 16 mm (do wyboru przez zamawiającego), kąt rozwarcia ramion klipsa 135°, długość narzędzia 195 cm i 230 cm (do wyboru), funkcja rotacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
		Odpowiedź	<b>Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełny pakiet.</b>

dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz  
MBA Exec

  
Prezes Zarządu  
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.