



Zabrze, dnia 17.09.2019r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

tel./fax. sekretariat (32) 277-61-00

Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (32) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 I 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/19

DOSTAWA NARZĘDZI PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE SALI ZABIEGOWEJ PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

nr pytania/ odp	Pakiet, pozycja, której pytanie dotyczy	Treść pytania / odpowiedzi	
1	Pakiet nr 1	Pytanie	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: Pakiet nr 1 Poz.2,3) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.5) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.8,9) Pean o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.12) Kleszcze o dł. 200mm Gross, pozostałe parametry bez zmian. Poz.13,14) Kleszcze o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.51) Wanna kontenera o wym. 290x290x85mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.52) Pokrywa do kontenera o wym. 290x290mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.53) Mata silikonowa do kontenera o wym. 290x290mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.54) Sonda o dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.55) Kleszcze o dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.56) Kleszczyki Schubert, pozostałe parametry bez zmian. Poz.57) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.59,60,61,63,64) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz. 65) Kleszcze 9,5mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.66) Wziernik o wym. 70x33mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.67) Wziernik o wym. 90x33mm, pozostałe parametry bez zmian. Poz.68) Kontener o wym. 285x280x150mm, pozostałe parametry bez zmian.
		Odpowiedź	Zamawiający dopuści również narzędzia o podanych rozmiarach.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 p.z.p. zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 19.09.2019 r. godz. 10:00 (składanie ofert) 19.09.2019r. godz. 10:30 (otwarcie ofert)

na:

20.09.2019r. godz. 10:00 (składanie ofert) 20.09.2019r. godz. 10:30 (otwarcie ofert).

ZASTĘPCA PREZESA

Piotr Trybański

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.